

Słupsk, dnia 22 stycznia 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postępowania: 1389/2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie i modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia praktycznego AP” w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy części 5 poz. 3 – Urządzenie do masażu podciśnieniowego:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o następujących parametrach 2-kanałowy aparat do terapii podciśnieniowej z zastosowaniem elektroterapii,

- aparat kompatybilny z aparatem do elektroterapii wymienionym w poz. 6 oraz z aparatem wymienionym w poz. 27 – możliwość współpracy z jednym z wymienionych aparatów,
- współpraca z jednostką do elektroterapii,
- tryb pracy ciągły i impulsowy,
- szybkie i praktyczne mocowanie elektrod w trudno dostępnych miejscach ciała,
- sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą,
- energooszczędny tryb pracy,
- w zestawie:
 - urządzenie do masażu podciśnieniowego,
 - 4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi,
 - komplet przewodów do elektrod,
 - przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapii,
- kompatybilny z poz. 4 i 5,
- przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin.

Odpowiedź:

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia zostały wskazane w poz. 3 zał. 5.5. do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający powyższe wymagania – parametry. Zaoferowanie sprzętu niespełniającego wymagań określonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

2. Dotyczy części 5 poz. 7 – Aparat do ultradźwięków

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o następujących parametrach:

- urządzenie do terapii ultradźwiękowej,
- podwójna częstotliwość emisji (1/3 MHz) oraz automatyczne przełączanie, częstotliwości 1 i 3 MHz przez aparat,
- odpowiedni częstotliwość dla wszystkich typów zastosowań powierzchniowych i głębokich,
- dwa gniazda do podłączenia głowic,
- ekran dotykowy LDC: 4,3",
- częstotliwość 1/3 MHz,
- modulacje 5%-100%,
- praca ciągła i impulsowa w zakresie 10 Hz – 150 Hz,
- moc 3W / cm²,
- programy: min. 40 + 20 manualnych programów,
- wyjście: ciągłe / modulowany (1/2),
- moc: min 0,1 - 3W / cm²,
- wizualna identyfikacja podłączonych akcesoriów,
- w zestawie:
 - aparat do ultradźwięków
 - podgrzewana głowica 10 mm,
 - podgrzewana głowica 50 mm,
 - 1 opakowanie żelu do ultradźwięków min. 250g,
 - kabel zasilający,
 - instrukcja obsługi w j. polskim.

Odpowiedź

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia zostały wskazane w poz. 7 zał. 5.5. do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający powyższe wymagania – parametry. Zaoferowanie sprzętu niespełniającego wymagań określonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Dotyczy części 5 poz. 8 – Aparat do ultradźwięków przenośny:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o następujących parametrach:

- profesjonalne urządzenie do terapii ultradźwiękowej,
- sonda przystosowana do zabiegów podwodnych,
- ładowalna bateria, zasilacz zewnętrzny
- dwa gniazda do podłączenia głowic
- bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy),
- sekwencje zapisywane przez użytkownika – 150,
- możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych – 500,
- częstotliwość 1 MHz i 3 MHz,
- moc ciągła / impuls 5 % - 100 %,
- emitowana moc 3 W / cm²,
- w zestawie:
 - mobilny aparat do ultradźwięków,
 - 1 kabel + rękojeść dla ultradźwięków,
 - średnica głowicy 50 mm,
 - głowica do ultradźwięków 10mm,
 - zewnętrzny zasilacz,

- akumulator,
- instrukcja obsługi w j. polskim,
- walizka lub pokrowiec.

Odpowiedź

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia zostały wskazane w poz. 8 zał. 5.5. do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający powyższe wymagania – parametry. Zaoferowanie sprzętu niespełniającego wymagań określonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Dotyczy części 5 poz. 10 – Zestaw wyjściowy do magnetoterapii:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu „leżanka do elektroterapii” w wyposażeniu zestawu do magnetoterapii. Czy ma to być standardowa, drewniana leżanka do fizykoterapii, czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w profesjonalną leżankę do magnetoterapii z przewodnicami umożliwiającymi przesuwanie aplikatora pierścieniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w profesjonalną leżankę do magnetoterapii z przewodnicami umożliwiającymi przesuwanie aplikatora pierścieniowego.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje przedostatni punkt poz. 10 zał. 5.5. do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

- „leżanka do magnetoterapii z przewodnicami umożliwiającymi przesuwanie aplikatora pierścieniowego”.

5. Dotyczy części 5 poz. 10 – Zestaw wyjściowy do magnetoterapii:

W jakie aplikatory ma być wyposażony zestaw, spośród niżej wymienionych:

- aplikator pierścieniowy 70 cm z mocowaniem do przewodnic leżanki do magnetoterapii
- aplikator pierścieniowy 30 cm
- aplikator dyskowy podwójny
- aplikator dyskowy poczwórny
- bezprzewodowy aplikator dyskowy, zasilany akumulatorowo

Odpowiedź:

Zestaw ma być wyposażony w:

- aplikator pierścieniowy 70 cm z mocowaniem do przewodnic leżanki do magnetoterapii
- aplikator pierścieniowy 30 cm
- aplikator dyskowy podwójny

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje punkt poz. 10 zał. 5.5. do SIWZ, dodając zapis:

- „zestaw ma być wyposażony w:
 aplikator pierścieniowy 70 cm z mocowaniem do przewodnic leżanki do magnetoterapii
 aplikator pierścieniowy 30 cm
 aplikator dyskowy podwójny”

6. Dotyczy części 5 poz. 10 – Zestaw wyjściowy do magnetoterapii:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o następujących parametrach:

- dwa niezależne kanały wyjściowe,
- liczba programów min. 50 gotowych programów, 20 programów z możliwością dowolnego ustawienia przez użytkownika,
- wyświetlacz: min 4,3 "ekran dotykowy LCD,

- emisja 1 Hz -166 Hz,
- wyjście: ciągle,
- moc: max 128 mT, co jest równe 1280 Gauss,
- w zestawie:
 - aplikatory zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (według odpowiedzi na pytanie nr 5),
 - aplikator dyskowy podwójny,
 - leżanka zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (według odpowiedzi na pytanie nr 4),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź:

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia zostały wskazane w poz. 10 zał. 5.5. do SIWZ. Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający powyższe wymagania – parametry oraz parametry dodatkowe wprowadzone odpowiedzią na pytanie 4 i 5. Zaoferowanie sprzętu niespełniającego wymagań określonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

7. Dotyczy części 5 poz. 14 – Stolik pod aparaty do fizykoterapii:

Czy stolik dla aparatu podciśnieniowego w poz. nr 3 ma być oryginalnym stolikiem producenta tego aparatu, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika spełniającego wymagania określone z poz. 14 załącznika nr 5.5. do SIWZ.

8. Dotyczy części 5 poz. 14 – Stolik pod aparaty do fizykoterapii:

Czy stolik dla aparatu do elektroterapii w poz. nr 6 ma być oryginalnym stolikiem producenta tego aparatu, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika spełniającego wymagania określone z poz. 14 załącznika nr 5.5. do SIWZ.

9. Dotyczy części 5 poz. 14 – Stolik pod aparaty do fizykoterapii:

Czy stolik dla aparatu do ultradźwięków w poz. nr 7 ma być oryginalnym stolikiem producenta tego aparatu, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika spełniającego wymagania określone z poz. 14 załącznika nr 5.5. do SIWZ.

10. Dotyczy części 5 poz. 14 – Stolik pod aparaty do fizykoterapii:

Czy stolik dla aparatu do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej w poz. nr 9 ma być oryginalnym stolikiem producenta tego aparatu, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego stolika spełniającego wymagania określone z poz. 14 załącznika nr 5.5. do SIWZ.

11. Dotyczy części 5 poz. 21 – Sonda prysznicowa łączona

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania sondę prysznicową łączoną (R+IR) o mocy 1500 mW: 4x50 mW/685 nm, 4x325 mW/830 nm, 13x16 mW/470 nm (światło niebieskie). Jest to najmocniejsza dostępna na rynku sonda łącząca trzy rodzaje promieniowania o podanej długości fali.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje punkt poz. 21 zał. 5.5. do SIWZ w zakresie mocy sądy prysznicowej, który otrzymuje brzmienie:

„sonda prysznicowa łączona min. (R+IR) 1500mW, 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x 16mW/470nm (niebieskie)”.

Udzielone wyjaśnienia i modyfikacje nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.12.2017 r. pod nr 2017/S 249-524961.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Załącznik nr 5.5. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 5.

KANCLERZ
mgr inż. Sławomir Ziemianowicz
.....