

Słupsk, dnia 5 lutego 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postępowania: 1389/2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie i modyfikacja treści **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia praktycznego AP**” w ramach projektu „**Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)**”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Część 4 pozycja 3 Aparat cyfrowy

Według naszych informacji opisany aparat do zdjęć 3D jest już nie produkowany .

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu posiadającego tryb zdjęć 3D bez wbudowanego GPSa, oraz funkcji Wi-Fi. Spełniającego wszystkie inne wymagane parametry.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aparat posiadający tryb zdjęć 3D bez wbudowanego GPSa oraz funkcji Wi-Fi. W tym celu zamawiający modyfikuje następujące zapisy poz. 3 załącznika Nr 5.4. do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zadania:

dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis):

„Zapis miejsca wykonania zdjęcia - wbudowany moduł GPS
Interfejs WiFi, USB, HDMI”

nowy zapis:

~~„Zapis miejsca wykonania zdjęcia – wbudowany moduł GPS
Interfejs WiFi, USB, HDMI”~~

2. Część 4 pozycja 4 Nasadka noktowizyjna na lunetę

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny nasadkę odprzodową o parametrach :

- Generacja: 2+
- Rozdzielczość: 55-60 linii / mm
- Zasięg detekcji: 700 m (wykrycie człowieka przy świetle kwadry Księżyca)
- redukcje do obiektów 56mm , 50 mm
- Iluminator IR: doczepiany, laserowy, 100 mW

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiej nasadki.

3. Część 4 pozycja 5 Kamera przemysłowa

Czy zamawiający dopuści kamerę o parametrach:

rozdzielczość VGA - 640x480 w miejsce wymaganych: VGA nie mniej niż 5Mp. (Rozdzielczość VGA nigdy nie będzie miała 5 MP tylko ok 0,37MP)

Szybkość 751 fps

Rozmiar matrycy 3,1mm x 2,3mm w miejsce wymaganych przekątnej matrycy nie mniej niż 29mm oraz ze złączem usb 3.0 w miejsce wymaganych FireWire , Gigabit Ethernet z PoE , Camera Link z PoCL, USB 3.0

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści kamery o rozdzielczości VGA - 640x480 i rozmiarze matrycy 3,1mm x 2,3mm. W tym celu zamawiający modyfikuje następujące zapisy poz. 5 załącznika Nr 5.4. do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zadania:

dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis):

„- VGA nie mniej niż 5 Mp

Złącza

- FireWire,
- Połączenia kablowe: Gigabit Ethernet z PoE,
- Camera Link z PoCL,
- USB 3.0

nowy zapis:

„- rozdzielczość nie mniej niż 5 Mp

Złącza min.: USB 3.0”

Udzielone wyjaśnienia i modyfikacje nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.12.2017 r. pod nr 2017/S 249-524961.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicone w wyniku modyfikacji dokumenty, podlegające złożeniu na wezwanie:

Załącznik nr 5.4. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 4.

KANCLERZ
mgr inż. 