

Słupsk, dnia 20 czerwiec 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postępowania: 473/2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Zakup, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i aparatury laboratoryjnej do kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

I. dotyczy części nr 1

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika 5.1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie

- na str. 27 zał. 5.1 - Dygestoria:

Dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis): Na potwierdzenie bezpieczeństwa należy przedstawić: Certyfikat lub raport z badań stanowiący załącznik do certyfikatu wydanego przez akredytowane laboratorium badawcze i zgodnie z przeprowadzoną procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.4 części 3 normy PN EN 14175 (lub równoważnej), musi potwierdzać uzyskanie dla danego typu wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych nie większej niż 0,65 ppm, przy przepływie powietrza przez komorę nie większym niż 500 m³/h dla dygestorium 1200, 750 m³/h dla dygestorium o szerokości 1500 mm. Uśredniona maksymalna wartość gazów wskaźnikowych 0,65 ppm powinna również zostać zachowana w trybie zredukowanego przepływu, przy opuszczonym oknie i przy zachowaniu wartości przepływu powietrza 170 m³/h dla dygestorium o szerokości 1200 mm, 275 m³/h dla dygestorium o szerokości 1500 mm, na potwierdzenie czego należy przedłożyć stosowny certyfikat zgodności typu z normą EN 14175-6 (lub równoważną) wydany przez laboratorium akredytowane. Powyższe wymogi poświadczenia parametrów bezpiecznej pracy urzędzeń wynikają z ogólnie przyjętych założeń i wytycznych dla badań przeprowadzanych zgodnie z normą EN 14175 (lub równoważną). Dygestorium musi posiadać deklaracje zgodności CE.

Nowy zapis: Na potwierdzenie bezpieczeństwa należy przedstawić: Certyfikat lub raport z badań stanowiący załącznik do certyfikatu wydanego przez niezależne laboratorium badawcze części 2 i 3 normy PN EN 14175 lub równoważnej, musi potwierdzać uzyskanie dla danego typu wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych nie większej niż 0,65 ppm. Dygestorium musi posiadać deklaracje zgodności CE.

II . dotyczy części nr 2

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika 5.2 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:

- na str. 33 zał. 5.2 - Dygestoria:

Dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis): Na potwierdzenie bezpieczeństwa należy przedstawić (nie dotyczy dygestorium obniżonego): Certyfikat lub raport z badań stanowiący załącznik do certyfikatu wydanego przez akredytowane laboratorium badawcze i zgodnie z przeprowadzoną procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.4 części 3 normy PN EN 14175 lub równoważnej, musi potwierdzać uzyskanie dla danego typu wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych nie większej niż 0,65 ppm, przy przepływie powietrza przez komorę nie większym niż 500 m³/h dla dygestorium 1200, 750 m³/h dla dygestorium o szerokości 1500 mm. Uśredniona maksymalna wartość gazów wskaźnikowych wielkości 0,65 ppm powinna również zostać zachowana w trybie zredukowanego przepływu, przy opuszczonym oknie i przy zachowaniu wartości przepływu powietrza 170 m³/h dla dygestorium o szerokości 1200 mm, 275 m³/h dla dygestorium o szerokości 1500 mm, na potwierdzenie czego należy przedłożyć stosowny certyfikat zgodności typu z normą EN 14175-6 lub równoważnej wydany przez laboratorium akredytowane. Powyższe wymogi poświadczenia parametrów bezpiecznej pracy urządzeń wynikają z ogólnie przyjętych założeń i wytycznych dla badań przeprowadzanych zgodnie z normą EN 14175 lub równoważną. Dygestorium musi posiadać deklaracje zgodności CE.

Nowy zapis: Na potwierdzenie bezpieczeństwa należy przedstawić (nie dotyczy dygestorium obniżonego): Certyfikat lub raport z badań stanowiący załącznik do certyfikatu wydanego przez niezależne laboratorium badawcze części 2 i 3 normy PN EN 14175 lub równoważnej, musi potwierdzać uzyskanie dla danego typu wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych nie większej niż 0,65 ppm. Dygestorium musi posiadać deklaracje zgodności CE.

III. dotyczy części nr 8:

Zamawiający modyfikuje zapisy poz. 1 załącznika 5.8 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:

Dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis): Trymowanie od 1 do 500 mikrometrów

Nowy zapis: Trymowanie w zakresie min. od 1 do 200 mikrometrów.

Z uwagi na treść powyższa modyfikacja nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2018 r. pod nr 2018/S 071-156838. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej modyfikację treści SIWZ oraz ujednocione w wyniku modyfikacji dokumenty, podlegające złożeniu na wezwanie:

Załącz. 1 - ujednociony załącznik nr 5.1. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 1

Załącz. 2 - ujednociony załącznik nr 5.2. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 2

Załącz. 3 - ujednociony załącznik nr 5.8. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 8

KANCLERZ
mgr inż. Sławomir Ziemanowicz
.....