

Słupsk, dnia 16 sierpnia 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postępowania: 1022/2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie i modyfikacja treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wskazuje co następuje:

1. Dotyczy Część 3 - zakup i dostawa akcesoriów ornitologicznych itp.

Pytanie (...) dotyczy części 3 przetargu zakup i dostawa akcesoriów ornitologicznych itd. pkt. 9 dotyczącego sieci planktonowej.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatki planktonowej? Zmiana dotyczy:

- średnicy siatki: 25 cm
- wielkość oczek siatki: 55 mikronów
- wysokość osłony: 13 cm
- siatka z osłoną otworu i mechanizmem zamykającym jest wyposażona w "posyłacz" (dla lin do 6 mm, waga 400 g) uruchamiający mechanizm zamykania, działający jak zawór motylkowy.
- typ żerdzi: tyczka teleskopowa, aluminiowa, długości od 129 - 240 cm

Prosimy o jak najszybszą odpowiedź z Państwa strony.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następujące zapisy w poz. 9 zał. 5.3 – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotychczasowe uchylone zapisy (stare zapisy):

Średnica siatki: 45cm (±5cm)

Wielkość oczek siatki: 40 mikronów

Długość żerdzi: 150 – 390 cm

Inne parametry:

- w zestawie z workiem ochronnym do przechowywania
- drążek (żerdź) teleskopowy wykonany z włókna szklanego, wyposażony w mechanizm uwalniający do szybkiego montażu siatek.

Nowe zapisy:

Średnica siatki: min. 25 cm - max. 45 cm

Wielkość oczek siatki: min. 40 mikronów – max. 55 mikronów

Długość żerdzi: po rozłożeniu min. 240 cm

Inne parametry:

- ~~w zestawie z workiem ochronnym do przechowywania~~
- drążek (żerdź) teleskopowy wykonany z włókna szklanego lub aluminium, ~~wyposażony w mechanizm uwalniający do szybkiego montażu siatek~~

Udzielone wyjaśnienia i dokonana modyfikacja nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2018 r. pod nr 602446-N-2018.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicone w wyniku modyfikacji dokumenty, podlegające złożeniu z ofertą lub na wezwanie:

Załącznik 1 - ujednolicony załącznik nr 5.3. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 3.

KANCLERZ
mgr inż. Sławomir Ziemanowicz
.....