



Słupsk, dnia 08 października 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postępowania: 1099/2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia i modyfikacja treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku**”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy części 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści analizator TOC w ciałach stałych z podajnikiem próbek na 48 miejsc?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie podajnika próbek na 48 miejsc.

2. Dotyczy części 11, poz. 2 Wagosuszarka

Zwracamy się z prośbą o wytłumaczenie parametru: z opcja sugestii temperatury na podstawie analizy wstępnej. Użytkownik na podstawie własnych analiz ustala jak temperatura jest odpowiednia. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez takiej opcji?

Odpowiedź:

Pod pojęciem analizy wstępnej zamawiający rozumie urządzenie, w którym możliwe jest dokonanie wstępnej analizy wilgotności i dobór, na podstawie uzyskanych wyników, optymalnego profilu suszenia. Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie bez takiej opcji.

3. Dotyczy części 11, poz. 22 pH-metr laboratoryjny

1) Czy Zamawiający wymaga pomiaru przewodności? W parametrach jest podane pH, mV i temperatura. Natomiast w wymaganiach technicznych podany jest zakres przewodności. W związku z tym czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiaru przewodności?

2) Czy Zamawiający dopuści pamięć do 4000 wyników w pamięci urządzenia?

Odpowiedź:

1) Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza urządzenia bez opcji pomiaru przewodności elektrolitycznej. Wymagany jest przyrząd umożliwiający dokonywanie pomiaru pH, przewodności elektrolitycznej i temperatury. W zestawie określono konieczność dostarczenia min. 2 elektrod (do pomiaru pH i przewodności elektrolitycznej).

2) Zamawiający wyjaśnia, że opisie przedmiotu zamówienia w poz. 22 zał. 5.11 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuszcza urządzenie z pamięcią w zakresie 1000-5000.

4. Dotyczy części 11, poz. 28 Waga laboratoryjna:

- 1) Czy Zamawiający dopuści: szalkę 195 x 175 mm oraz konstrukcję wagi w postaci podstawy metalowej i górnej obudowy wykonanej z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuści urządzenie z szalką 195x175 cm oraz konstrukcję, w której podstawa wagi będzie metalowa zaś górna część obudowy z tworzywa ABS. Zamawiający modyfikuje zapis poz. 28 zał. 5.11 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis):

Parametry sprzętu:

Szerokość pomostu: min. 180mm

Głębokość pomostu: min. 180mm

Inne parametry:

- konstrukcja: jednorodna, metalowa, podstawa wykonana techniką odlewania, szalka ze stali nierdzewnej,

Nowy zapis:

Parametry sprzętu:

Szerokość pomostu: min. 175mm

Głębokość pomostu: min. 175mm

Inne parametry:

- konstrukcja: jednorodna metalowa lub z górną częścią obudowy z tworzywa, podstawa wykonana techniką odlewania, szalka ze stali nierdzewnej,

5. Dotyczy części 11, poz. 25 Młynek analityczny nożowy:

Czy Zamawiający dopuści młynek o prędkości do 28 000 obr/min oraz o komorze mielącej o pojemności 250 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuści młynek o prędkości 28 000 obr/min. Wielkość komory mielącej mieści się zakresie podanym przez Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje zapis poz. 25 zał. 5.11 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Dotychczasowy uchylony zapis (stary zapis):

Parametry sprzętu/wyposażenia (parametry minimalne):

1. Prędkość - 30 000 obr./min.

Nowy zapis:

Parametry sprzętu/wyposażenia (parametry minimalne):

1. Prędkość - 28 000 obr./min.

6. Dotyczy części 11, poz. 33 Myjka ultradźwiękowa:

Proszę jednoznacznie wskazać jaki zakres ma mieć podgrzewanie w myjce?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przez zapis: ”zakres regulacji temperatury: 20-80°C” rozumie regulację temperatury do 80°C.

7. Dotyczy części 10:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania numer 10 do 80 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

- 1) pkt. 7.1. i 7.2. SIWZ otrzymują brzmienie:
 - 7.1. **CZEŚĆ 1** oraz od 11 do 13: 35 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy;
 - 7.2. **CZEŚĆ 2-10**: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy;
- 2) § 2 Termin realizacji umowy z zał. 4.2. do SIWZ Wzór umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
- 3) § 2 Termin realizacji umowy z zał. 4.8. do SIWZ Wzór umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
- 4) § 2 Termin realizacji umowy z zał. 4.9. do SIWZ Wzór umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
- 5) § 2 Termin realizacji umowy z zał. 4.10. do SIWZ Wzór umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, modyfikując następujące zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) pkt 17.14.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: **Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk** oraz oznaczona napisem: „**Przetarg nieograniczony: Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku – CZEŚĆ** (wskazać nr CZEŚCI)”, z dopiskiem „**Nie otwierać do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:15**”.
- 2) pkt. 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 35 nie później niż do dnia **06.11.2018 r. do godz. 10:00**.
- 3) pkt. 18.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
- 4) Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.11.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Akademii Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22a, **sala 59 (sala Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego) (I piętro)**.

Powyższa modyfikacja powoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.09.2018 r. pod nr 2018/S 179-404987. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowił jej integralną część.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ udzielone na zapytania innych wykonawców oraz ujednoczone w wyniku modyfikacji dokumenty, podlegające złożeniu na wezwanie:

Załącznik nr 5.11. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zadania 11

KANCLERZ

mgr inż. Sławomir Ziemanowicz