

Słupsk, dnia 23 października 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr postępowania: 1099/2018

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienia i modyfikacja treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku**”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy części 5 – **Ręczny spektrometr XRF:**

Chcielibyśmy zadać następujące pytanie dotyczące specyfikacji części 5 – Ręczny spektrometr XRF:

a. Zestaw empirycznych kalibracji pierwiastków w celu zwiększenia dokładności i stopnia identyfikacji w porównaniu do parametrów metody fundamentalnej.

Oferowany przez nas ręczny spektrometr XRF nie wymaga empirycznej kalibracji ze względu na swoją dokładność. Użytkownik nie ma potrzeby kalibrować aparatury w celu uzyskania lepszych pomiarów. Czy dopuszczą Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wskazane rozwiązanie, jednakże zaznacza, że szczegółowe parametry opisu przedmiotu zamówienia wskazują na określoną funkcjonalność i Zamawiający wymaga, aby została osiągnięta. Zamawiający modyfikuje zapis w poz. 1 zał. 5.5 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w następujący sposób:

Dotychczasowy zapis (stary zapis):

Parametry sprzętu/wyposażenia :

- Zestaw empirycznych kalibracji pierwiastków w celu zwiększenia dokładności i stopnia identyfikacji w porównaniu do parametrów metody fundamentalnej.

Nowy zapis:

Parametry sprzętu/wyposażenia :

- Zestaw empirycznych kalibracji pierwiastków w celu zwiększenia dokładności i stopnia identyfikacji w porównaniu do parametrów metody fundamentalnej, lub inny sposób zapewnienia tej funkcjonalności

Powyższa modyfikacja nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.09.2018 r. pod nr 2018/S 179-404987. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stornie internetowej ujednolicone w wyniku modyfikacji dokumenty, podlegające złożeniu na wezwanie:

Załącznik nr 5.5. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu części 5

KANCLERZ

mgr inż. Sławomir Ziemiunowicz