

ZP/1584/2018

Słupsk, dn. 14.12.2018r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1584/2018 Dostawa mebli medycznych i drobnego sprzętu medycznego do Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986) oraz jak niżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, część I, poz. a):

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści w przedmiotowym postępowaniu możliwość zaferowania defibrylatora o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych, tj.:

– Pytanie nr 1a dot. I. Defibrylator:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMH o pojemności 3000mAh? Akumulator, który oferuje nasz defibrylator jest wykonany z ogniwo najwyższej jakości co przekłada się na jego bardzo długą żywotność. Atutem akumulatora NiMh jest jego znacząco niższa cena w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych.

Odp. Zgodnie z treścią Specyfikacji.

– Pytanie nr 1b dot. I. Defibrylator:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 stopniami energii zewnętrznej? Dostępne wartości energii w naszym defibrylatorze dla łyżek zewnętrznych to 2-5-7-10-20-30-40-50-60-80-100-150-200-270-360J a dla elektrod wewnętrznych to 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50J. Łączna ilość dostępnych stopni energii wynosi 22 poziomy. Powyższe wartości energii są w pełni wystarczające do wygodnej i komfortowej pracy z defibrylatorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów defibrylacji.

Odp. Zgodnie z treścią Specyfikacji.

– **Pytanie nr 1c dot. I. Defibrylator:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z metronomem reanimacyjnym bez możliwości programowania grup pacjentów? Metronom z zaprogramowanymi grupami pacjentów jest oferowana przez konkretnych producentów i znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większość konkurentów. Funkcja ta nie przekłada się na zwiększenie funkcjonalności defibrylatora.

Pozostałe parametry pozostają zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odp. Zgodnie z treścią Specyfikacji.

Pytanie nr 2:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, część I poz. 1b):

(Defibrylator manualny z funkcją AED Defibrylator manualny z funkcją AED):

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści w przedmiotowym postępowaniu możliwość zaoferowania defibrylatora o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych, tj.:

– **Pytanie nr 2a dot. II. Defibrylator manualny z funkcją AED:**

dot. Punktu 4 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMH o pojemności 3000mAh? Akumulator, który oferuje nasz defibrylator jest wykonany z ogniw najwyższej jakości co przekłada się na jego bardzo długą żywotność. Atutem akumulatora NiMh jest jego znacząco niższa cena w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych.

Odp. Zgodnie z treścią Specyfikacji.

– **Pytanie nr 2b dot. II. Defibrylator manualny z funkcją AED:**

dot. Punktu 11 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 stopniami energii zewnętrznej? Dostępne wartości energii w naszym defibrylatorze dla łyżek zewnętrznych to 2-5-7-10-20-30-40-50-60-80-100-150-200-270-360J a dla elektrod wewnętrznych to 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50J. Łączna ilość dostępnych stopni energii wynosi 22 poziomy. Powyższe wartości energii są w pełni wystarczające do wygodnej i komfortowej pracy z defibrylatorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów defibrylacji.

Odp. Zgodnie z treścią Specyfikacji.

– **Pytanie nr 2c dot. II. Defibrylator manualny z funkcją AED:**

dot. Punktu 20 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z metronomem reanimacyjnym bez możliwości programowania grup pacjentów? Metronom z zaprogramowanymi grupami pacjentów jest oferowana przez konkretnych producentów i znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większość konkurentów. Funkcja ta nie przekłada się na zwiększenie funkcjonalności defibrylatora.

Pozostałe parametry pozostają zgodne z wymaganiami zamawiającego.



Odp. Zgodnie z treścią Specyfikacji.

Pytanie nr 3:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, część I:

Czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z części I do odrębnych części (zadań/pakietów) pozycji nr a) i b).

Odp. *Zamawiający nie widzi podstaw do wyodrębnienia jednego elementu z części, która zawiera tematycznie spójny ze sobą sprzęt medyczny.*

Udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.11.2018 pod numerem 2018/S 231-527195.

REKTOR



Zbigniew Osadowski
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski