

ZP/1584/2018

Słupsk, dn. 19.12.2018r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1584/2018 Dostawa mebli medycznych i drobnego sprzętu medycznego do Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986) oraz jak niżej:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- defibrylator z kardiowersją, stymulacją i monitorowaniem EKG za pomocą 4- lub 6- żyłowych kabli (od 6 do 12 odprowadzeń EKG)
- czas pracy na 3 akumulatorach do 10h ciągłego monitorowania EKG lub 428 wyładowań z pełną energią
- pamięć w postaci karty danych umożliwiająca zapis danych wszystkich mierzonych parametrów, danych ekg oraz danych osobowych
- prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie przerwy podczas uciskania klatki piersiowej
- częstość stymulacji regulowana w zakresie 30 - 150 imp./min.
- kabel 4 żyłowy i 6 odprowadzeniowego do pomiaru 12 odprowadzeń EKG

Przy zachowaniu pozostałych zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Odp. TAK

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr VIII plecaka ratowniczego, który ma konstrukcję wielokomorową, zapewniającą właściwą segregację sprzętu. Został zaprojektowany w sposób umożliwiający wykonywanie wszystkich procedur ratowniczych podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (poza ambulansem)?

Wymiary zewnętrzne wys/szer/gł. [mm] – 580x430x320



Waga – 9,5 kg

Materiał – CORDURA

Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu

-10 x bardziej wytrzymały niż tkaniny bawełniane

- 3 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina poliestrowa

- 2 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina nylonowa

Kolor – czerwony

Oznaczenia - krzyż św. Andrzeja, elementy odblaskowe

Pięć niezależnych przegród

Wymowane ampularium na 62 ampułki o wymiarach: 80x260x210

Wielokomorowa konstrukcja, w tym przegroda umożliwiająca posegregowanie wyposażenia zestawu do intubacji (rurki, łopatki, rękojeść)

Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli tlenowej

Pięć kieszeni zewnętrznych

W komorze wewnętrznej trzy organizery zamykane na rzepy

Trzy uchwyty do transportu w rękę (w pozycji pionowej i poziomej) oraz dwa komplety szelek i pas biodrowy do przenoszenia na plecach

Odp. TAK

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka samorozprężalnego dla niemowląt o pojemności worka 280 ml?

Odp. TAK

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka samorozprężalnego dla dorosłych o pojemności worka 1500 ml oraz o pojemności rezerwuaru 2500 ml?

Odp. TAK

Pytanie nr 5: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dot. wniesienia, rozładunku, ustawienia, uruchomienia oraz przeszkolenia z zakresu obsługi. Sprzęt ten jest sprzętem prostym, intuicyjnym, nie wymagającym przeszkolenia. A ponad to odstąpienie od podanego wymogu znacznie obniży cenę za zaoferowany sprzęt.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia, rozładunku, ustawienia i uruchomienia tylko drobnego sprzętu medycznego. Nie dotyczy to sprzętu wymagającego podłączenia i uruchomienia.

Udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.11.2018 pod numerem 2018/S 231-527195.

REKTOR

dr hab.inż., prof.nadzw. Zbigniew Osadowski