



Słupsk, dnia 30.01.2019r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego, oraz platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-01)-część 2.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie **w części 2- Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego.**

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. **907 245,18 zł brutto.**

W postępowaniu złożono 2 oferty o następującej cenie:

1. MEDIGUARD TECHNOLOGIES SP Z O O, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 C za cenę 796 285,20 zł
2. COMARCH HEALTHCARE S.A. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 39A za cenę 967 094,29 zł

Zamawiający w wyniku ponownej analizy treści złożonej oferty przez Wykonawcę MEDIGUARD TECHNOLOGIES SP Z O O, dokonał jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nieodpowiadającej treści SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt – waga TANITA S.C.-240 MA Tanita Japonia, jest nie zgodna z opisem oraz potrzebami Zamawiającego. Wykonawca zaoferował wagę, w której parametr DCI nie jest parametrem mierzonym a jedynie możliwym do wyliczenia na podstawie wyników pomiaru



uzyskanych z wagi oraz specyficznych cech danego pacjenta (m.in.: płeć, waga, wzrost, wiek, aktywność fizyczna) zapisanych w karcie pacjenta na platformie telemedycznej, z którą waga jest kompatybilna. Analogicznie jest dla parametru Masy Mięśni Szkieletowych nie jest parametrem mierzonym jest natomiast możliwym do obliczenia na podstawie przewidywanej wagi mięśni przyjmując, że na masę mięśni składa się masa mięśni szkieletowych, mięśni gładkich w skład których wchodzi tkanki znajdujące się w ściankach naczyń krwionośnych, układu pokarmowego czy oddechowego oraz wody zawartej w tych mięśniach podczas gdy Zamawiający wymagał aby powyższe parametry były parametrami gotowymi (bez konieczności ich wyliczenia). Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, z powodu braku możliwości zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia. Wartość oferty firmy COMARCH HEALTHCARE S.A. znacznie przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego.

z up. REKTORA
PROREKTOR DS. NAUKI
Aleksander Astel
dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP