

ZP/313/2019

Słupsk, dn. 30.05.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/313/2019 Dostawa sprzętu medycznego do Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17-01 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) oraz jak niżej:

XI - Lampa zabiegowa

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to na wystartowanie większej liczbie uczestników, a tym samym otrzymanie dużo korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie widzi podstaw do wydzielenia jednej pozycji z pakietu sprzętu medycznego

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez pokrętko umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją zawartą w SIWS

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją zawartą w SIWS

Pytanie nr 4:



Czy Zamawiający dopuści lampę z 3 modułami/diodami LED w kolorze białym. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją zawartą w SIWS

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymagać będzie lamp zabiegowych o natężeniu min. 12 000 lux z 1m?
Parametr bardzo istotny ponieważ mniejsze natężenie światła może nie być wystarczające, a zaoferowana lampa może nie być lampą medyczną.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją zawartą w SIWS

Udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2019 pod numerem 552342-N-2019.

z upoważnienia REKTORA
PROREKTOR
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP