

Słupsk, dnia 11.06.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr zamówienia: ZP/273/2019

Wszyscy Wykonawcy

### INFORMACJA O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ambulansu i systemu do debriefingu do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16 z późn. zmian.), dokonano następujących czynności:

Część 1. Symulator ambulansu- dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:

**BAS JACEK DOMINCZYK ul. Krawiecka 17, 95-041 Gałków Mały**

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena, okres gwarancji.

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:

LP.	Firma i adres Wykonawcy	Ocena przedmiotowa oferty	Przydzielona punktacja		Punktacja łączna
			Cena (waga 60%)	Okres gwarancji (waga 40%)	
1	AUTO-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy Sp.k., 41-208 Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 5	niepodlegająca odrzuceniu	51,90	40,00	91,90 pkt
2	BAS JACEK DOMINCZYK ul. Krawiecka 17, 95-041 Gałków Mały	niepodlegająca odrzuceniu	60,00	40,00	100,00 pkt

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą.

Część 2 Wyposażenie ambulansu- dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:

**BOBIMIX Bartosz Bobkowski , ul. Kościuszki 13, 84-210 Choczewo**

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 60%, okres gwarancji 40%.

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:

LP.	Firma i adres Wykonawcy	Ocena przedmiotowa oferty	Przydzielona punktacja		Punktacja łączna
			Cena (waga 60%)	Okres gwarancji (waga 40%)	
1	BOBIMIX Bartosz Bobkowski , ul. Kościuszki 13, 84-210 Choczewo	niepodlegająca odrzuceniu	60,00	40,00	100,00 pkt
2	Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Żołą 11, 02-815 Warszawa	Podlegająca odrzuceniu	-	-	-

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Żołą 11, 02-815 Warszawa – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zaoferował sprzęt – urządzenia do teletransmisji- defibrylator niespełniający wymagań Zamawiającego: Zamawiający wymagał łyżek do defibrylacji umieszczanych bezpośrednio na obudowie defibrylatora bez żadnego dodatkowego wyposażenia, zaoferowany przez Wykonawcę łyżki defibrylatora umieszczone są na dodatkowym wyposażeniu, jakim jest nazwana przez Wykonawcę „obudowa zewnętrzna ochronna”.

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwrotnej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą.

.....  
z upoważnienia REKTORA  
PROREKTOR  
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW  
dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP