

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr **ZP/914/2019** pn. **Dostawa symulatora porodowego z systemem wspierającym proces debriefingu oraz sprzętu medycznego do pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16 z późn. zmian.)**

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) oraz jak niżej:

Pytanie nr 1: Część 1 Symulator porodowy Pytanie do pkt. 8: Zamawiający wymaga kontrolowanych przez oprogramowanie patologicznych wzorców oddechowych, minimum: oddech Kussmaul's; Cheyne-Stokes; Biot's, bezdech – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności symulator bez takich wzorców oddechowych, ale z możliwością symulacji oddychania spontanicznego, zmiennymi współczynnikami oddechowymi, obustronnym i jednostronnym unoszeniem się i opadaniem klatki piersiowej, prawidłowymi i nieprawidłowymi dźwiękami oddechowymi, 4 miejscami osłuchiwania przednimi i miejscem śród pachowym z obu stron oraz możliwością podłączenia do respiratora?

Odp. Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator: z możliwością symulacji oddychania spontanicznego, zmiennymi współczynnikami oddechowymi, obustronnym i jednostronnym unoszeniem się i opadaniem klatki piersiowej, prawidłowymi i nieprawidłowymi dźwiękami oddechowymi, 4 miejscami osłuchiwania przednimi i miejscem śród pachowym z obu stron oraz możliwością podłączenia do respiratora

Pytanie nr 2: Pytanie do pkt. 28: Zamawiający wymaga możliwości szycia krocza – czy Zamawiający dopuści od postępowania na zasadach równoważności symulator bez takiej możliwości lub dopuści do postępowania zaoferowanie dodatkowego/zewnętrznego modułu szycia krocza?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawiony w SWIZ. Procedura szycia krocza jest jedną z czynności realizowanych podczas zajęć z położnictwa, umożliwia prowadzenie zajęć symulacyjnych w tym zajęć z wysokiej wierności. Zamawiający wymaga możliwości realizacji tej procedury na zamawianym fantomie.

Pytanie nr 3: Sprzęt AV Pytanie do pkt. 2a: Zamawiający wymaga: tablet z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do prowadzenia zajęć debriefingu – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności kompletny komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, pojemność użytkowa dysków twardej minimum 500GB, minimum 1 wyjście LAN, dodatkowa klawiatura i mysz, głośniki komputerowe minimum 2.0 z dodatkowym wejściem słuchawkowym i wejściem na zewnętrzne audio?

Odp. Zamawiający podtrzymaj wymóg przedstawiony w SWIZ. Ze względu na rozmieszczenie sal i sprzętu w pracowni położnictwa możliwość prowadzenia debriefingu przy użyciu urządzenia przenośnego pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanego miejsca.

Pytanie nr 4: Symulator porodowy „23. Możliwość wykonywania wktuć domięśniowych (mięsień naramienny i pośladkowy)” Czy w obliczu przesłanych wyjaśnień, Zamawiający dopuści symulator z możliwością wykonania wktuć domięśniowych w mięsień pośladkowy (obustronnie)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawiony w SWIZ. Powyższy symulator będzie służył do zajęć z położnictwa obejmujących również opiekę nad pacjentką rodzącą. Funkcja ta umożliwia prowadzenie szerszego spektrum zajęć symulacyjnych

Pytanie nr 5: Zaawansowany fantom noworodka „35. Możliwość wywołania sinicy centralnej i obwodowej”
Czy Zamawiający uzna symulator posiadający sinicę centralną (wokół ust) o regulowanym stopniu natężenia bez sinicy obwodowej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawiony w SWIZ. Możliwość wywołania sinicy obwodowej daje szersze spektrum prowadzenia zajęć symulacyjnych. Dodatkowo powyższą funkcją gwarantuje możliwość nauki wczesnego reagowania w Stanach zagrożenia życia, co jest gwarantem bezpieczeństwa pacjentek w okresie ciąży i porodu.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert jak niżej:

- termin składania ofert do dnia 09.08.2019r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert 09.08.2019r. o godz. 10:30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dokonane zmiany powodują konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2019 pod numerem 579328-N-2019 z dnia 2019-07-27.


z up. REKTORA
PROREKTOR DS. NAUKI
dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP