

Załącznik nr 2

L.p.	Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
a.	b.	c.	d.
Pakiet 1			
A	Łóżko porodowe – 1 szt.		
1.	Sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji/ sprzęt poekspozycyjny . Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie położu.	TAK podać	
2.	Łóżko o konstrukcji kolumnowej. Leże oparte na minimum 2 kolumnach cylindrycznych.	TAK	
3.	Podwozie łóżka przykryte osłoną z tworzywa.	TAK	
4.	Długość łóżka porodowego 2050 mm +/- 50 mm	TAK	
5.	Szerokość łóżka porodowego 1060 mm +/- 50 mm	TAK	
6.	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie: - najniższe położenie 600 mm - najwyższe położenie 1000 mm	TAK	
7.	Kąt nachylenia oparcia pleców minimum: 0 - 70°	TAK	
8.	Regulacja kąta nachylenia podnóżka w zakresie minimum 0-30°	TAK	
9.	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. 15° +/- 3°	TAK	
10.	Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy też innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta	TAK	
11.	Leżysko przeziernie dla promieni RTG	TAK	
12.	Elektroniczna regulacja realizowana przy pomocy pilota: - oparcia pleców, - nachylenia siedziska , - wysokości, - pozycji Trendelenburga - pozycji anty-Trendelenburg	TAK	
13.	Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. Kierunek wsuwania / wysuwania segmentu nóg zgodny (równoległy) do leża łóżka. Nie dopuszcza się segmentów nóg, które odwodzą się poza obrys łóżka i następnie ruchem okrężnym chowa pod leże.	TAK	
14.	Możliwość nagłego, ręcznego opuszczenia oparcia pleców (funkcja CPR)	TAK	
15.	Łóżko przejezdne z kołami o średnicy min. 125 mm, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół, oraz funkcją jazdy kierunkowej	TAK	
16.	Materac będący dostosowany do wielkości leża. Materac jednoczęściowy – segment pleców oraz siedziska łącznie bez przerwy lub przeszycia między tymi segmentami. Materac w pokrowcu zmywalnym. Chowany segment nóg posiadający zintegrowany materac.	TAK	

17.	Łóżko wyposażone w materac o grubości min 12 cm. Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym	TAK	
18.	Łóżko wyposażone w ginekologiczne podpory podudzi pacjentki. Podpory z regulacją wysokości. Podpory umieszczone na przegubie kulowym umożliwiającym regulację kątową w dowolnym kierunku.	TAK	
19.	Łóżko porodowe posiada uchwyty na ręce montowane na szynie bocznej. Uchwyty odporne na działanie dużej siły pacjentki. Uchwyty wykonane ze stali. Nie dopuszcza się uchwytów gumowych lub tworzywowych jako łatwe do uszkodzenia przy użyciu dużej siły przez pacjentki podczas porodu.	TAK	
20.	Łóżko porodowe posiadające miskę porodową z możliwością łatwego i szybkiego zakładania i zdejmowania.	TAK	
21.	Łóżko posiadające szynę boczną, do montowania dodatkowego wyposażenia, po obu stronach segmentu siedziska.	TAK	
22.	Wskaźniki nachylenia kąta na bocznych barierkach	TAK	
23.	Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min 230 kg	TAK	
24.	Szczyt oraz barierki boczne: tworzywowe	TAK	
25.	Szczyt od strony głowy z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi	TAK	
26.	Dwa krążki odbojowe umieszczone w narożnikach od strony głowy.	TAK	
27.	Gwarancja: min. 24 miesiące od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo- odbiorczego 24 miesiące- 0 pkt. 30 miesięcy- 5 pkt. 36 miesięcy-10 pkt. 42 miesięcy- 20 pkt. 48 miesięcy -40 pkt.	TAK podać	