

ZP/1241/2019

Słupsk, dnia 24 października 2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wózka do przewozu pacjenta w pozycji leżącej do Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/1241/2019.

Zamawiający: **Akademia Pomorska w Słupsku** zawiadamia, iż na zgłoszone przez Wykonawców pisemnie pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wózka do przewozu pacjenta w pozycji leżącej do Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku” (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/1241/2019) udziela odpowiedzi w zakresie jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów o wymiarach:

- długość całkowita: 1960mm,
- szerokość całkowita: 660mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów o wymiarach:

- długość całkowita: 1960mm;
- szerokość całkowita: 660mm.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów z dwusegmentowym leżem wykonanym z tworzywa ABS i regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70°?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów z dwusegmentowym leżem wykonanym z tworzywa ABS i regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70°.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, w którym wysokość regulowana jest śrubowo w zakresie 58-87cm? To zaledwie 1cm różnicy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, w którym wysokość regulowana jest śrubowo w zakresie 58-87cm.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, wyposażony w solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek blokowane centralnie – co jest o wiele korzystniejsze?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, wyposażony w solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek blokowane centralnie.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 170kg?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjentów, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 170kg.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż miejsce i termin składania ofert wskazane w treści ogłoszenia i SIWZ pozostają bez zmian.

REKTOR


dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP