

Warszawa, dn.08.01.2025 r.

Nr postępowania: 01/LIFEKulikPL/2025

Zmiana treści zapytania ofertowego

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa) zwane dalej „Zamawiającym” zgodnie z ust. X pkt. 4 Zapytania, wprowadza modyfikację treści zapytania ofertowego pn.:

Dostawa monokularów termowizyjnych

w następujący sposób:

1) **ust. I** Zapytania ofertowego - **Opis przedmiotu zamówienia**, otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk monokularów termowizyjnych, które będą wykorzystywane do wyszukiwania gniazd kulika wielkiego *Numenius arquata* zgodnie z poniższą specyfikacją:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Opis
1.	Monokular termowizyjny	3 szt.	Dane techniczne: Typ urządzenia: Monokular <u>Powiększenie minimalne: co najmniej 2x</u> <u>Powiększenie maksymalne: 20x</u> <u>Powiększenie cyfrowe: 8x</u> Rozmiar obiektywu: 35mm Światłosiła: min. f/1.0 Rozmiar piksela: min. 12 µm Czułość termiczna (NETD): <40 mK Częstotliwość odświeżania: min. 50 Hz Zasięg detekcji: co najmniej 1500 m Masa własna: ≤300 g Temperatura pracy: -20/+40 °C Pamięć wewnętrzna: min. 32 GB Format zapisu foto/wideo: jpeg/mp4 Rodzaj zasilania: akumulator wymienny i źródło zewnętrzne Pojemność akumulatora wymiennego: min 3000 mAh Czas działania: min. 6 h ciągłej pracy Moduł Wi-Fi: tak Złącze: USB-C

			<p>Klasa wodoszczelności: min. IPX7</p> <p>Wyposażenie: Akumulator Instrukcja obsługi w języku polskim Kabel USB Ładowarka Materiał do czyszczenia optyki Pasek na rękę Zakrywka na obiektyw Pokrowiec Karta gwarancyjna</p> <p>Gwarancja baterii: min. 12 miesięcy Okres gwarancji: min. 36 miesięcy</p>
--	--	--	--

W związku z powyższym modyfikacji ulega również formularz zgodności – załącznik nr 2

Powyższe modyfikacje nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert oraz na godziny składania i otwarcia ofert, pozostają one bez zmian.

W imieniu Zamawiającego