

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń medycznych dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji i podpisująca ofertę: _____

Wykonawca/Wykonawcy: _____

Adres: _____

Faks: _____

E-mail: _____

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: _____

Adres do korespondencji (jeśli inny niż podany wyżej): _____

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa, montaż, uruchomienie (w pełnym zakresie, w tym wykonanie niezbędnej instalacji) oraz przeszkolenie obsługi, urządzeń medycznych do siedziby Zamawiającego stanowiących system do rehabilitacji za pomocą selektywnych i izolowanych ruchów kręgosłupa; dla ruchu wyprost, zgięcia, rotacji, zgięcia do boku dla odcinka piersiowo -lędźwiowo -krzyżowego oraz wyprost, zgięcia, zgięcia do boku, rotacji dla odcinka szyjnego.

System składa się z sześciu urządzeń, platformy diagnostyczno-terapeutycznej z wbudowanym silnikiem umożliwiającej diagnostykę układu ruchu oraz trening z wykorzystaniem biofeedbacku, a także z centralnego serwera obsługującego system operacyjny zintegrowany z terminalami na urządzeniach za pomocą stanowiącego wyposażenie zestawu dedykowanego oprogramowania.

Nazwa systemu (urządzeń): _____

Lp.	Parametry wymagane	Spełnia
1	2	3
1.	System składający się z sześciu maszyn terapeutycznych, platformy umożliwiającej diagnostykę układu ruchu oraz trening z wykorzystaniem biofeedbacku, centralnego serwera, dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z terminalami na urządzeniach oraz centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
2.	System współpracuje z każdą przeglądarką internetową	Tak / Nie ^{*)}
3.	Urządzenia posiadają certyfikat medyczny klasy 1M	Tak / Nie ^{*)}
4.	Automatyczne generowanie programów treningowych i ich pełna edytowalność. Tworzenie programów na bazie badania podmiotowego i przedmiotowego i porównania z obszerną bazą danych normatywnych	Tak / Nie ^{*)}
5.	Generowanie raportów graficznych i liczbowych obrazujących postęp rehabilitacji. Możliwość dowolnej konfiguracji raportowania, tworzenia grup, przypadków, jednostek, przeglądów okresowych itp.	Tak / Nie ^{*)}
6.	Centralny serwer wyposażony w duży 19" kolorowy ekran dotykowy z czytnikiem kart RFID oraz punkt dostępu WIFI	Tak / Nie ^{*)}
7.	Zestaw 100 dotykowych kart dostępu RFID	Tak / Nie ^{*)}
8.	Automatyczna kontrola progresji treningu adaptująca się do możliwości pacjenta	Tak / Nie ^{*)}
9.	Certyfikat medyczny klasy 1M	Tak / Nie ^{*)}
10.	System zapewnia feedback w czasie rzeczywistym podczas ćwiczeń	Tak / Nie ^{*)}
11.	Bezprzewodowy dostęp do danych pacjenta z poziomu komputera, tabletu, telefonu.	Tak / Nie ^{*)}
12.	Urządzenie do selektywnego ruchu wyprostu w odcinku lędźwiowym i piersiowym w płaszczyźnie strzałkowej:	Tak / Nie ^{*)}
	- Automatyczna, elektryczna regulacja wysokości podnóżka i siedziska umożliwia szybkie zajęcie pozycji na urządzeniu	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników	Tak / Nie ^{*)}
	- Sposób fiksacji miednicy eliminujący aktywność prostowników stawu biodrowego, pozwalający skupić pracę na odcinku lędźwiowym i piersiowym	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja wysokości podnóżka umożliwia dostosowanie do długości podudzia	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja położenia elementu fiksującego na wysokości kolan umożliwia dostosowanie do długości uda	Tak / Nie ^{*)}
	- Oparcie urządzenia wyprofilowane w sposób wymuszający segmentarny ruch kręgow, aktywujące mięśnie krótkie kręgosłupa	Tak / Nie ^{*)}
	- Wyposażone w terminal z ekranem dotykowym min.10" oraz czytnikiem kart RFID	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar zakresu ruchu w zakresie -32° do 52° z dokładnością do 1°	Tak / Nie ^{*)}
	-Urządzenie umożliwia pomiar siły w standaryzowanych pozycjach 0° i 30°	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch możliwy w zakresie -32° do 52°	Tak / Nie ^{*)}
	- Pas do stabilizacji miednicy	Tak / Nie ^{*)}
	- Posiada krzywkowy system dźwigni, dzięki czemu krzywa obciążenia jest maksymalnie bezpieczna dla ćwiczącego oraz dostosowana do momentów siły generowanych przez grupę prostowników grzbietu	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezprzewodowe połączenie z centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
	- Obciążenie regulowane, co 2,5 kg na stosie o wadze 100 kg	Tak / Nie ^{*)}
13.	Urządzenie do selektywnego ruchu rotacji w odcinku lędźwiowym i piersiowym w płaszczyźnie poprzecznej:	Tak / Nie ^{*)}
	- Automatyczna, elektryczna regulacja wysokości siedziska i bezstopniowa manualna regulacja elementu fiksującego obręcz barkową oraz miednicę umożliwiającą szybkie zajęcie pozycji na urządzeniu	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników	Tak / Nie ^{*)}
	- Fiksacja miednicy i ud	Tak / Nie ^{*)}
	- System fiksacji obręczy barkowej od przodu – na wysokości stawu ramiennego i od tyłu - na wysokości łopatek	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch rotacji sterowany dołem – dolna część ciała wykonuje ruch rotacji, podczas gdy górna pozostaje ustabilizowana. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach – w lewo i prawo	Tak / Nie ^{*)}

1	2	3
	- Wyposażone w terminal z ekranem dotykowym min.10" oraz czytnikiem kart RFID	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar zakresu ruchu w zakresie -84° do 84° z dokładnością do 1°	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar siły w standaryzowanych pozycjach od -80° do 80° w odstępach, co 10°	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch możliwy w zakresie -84° do 84°	Tak / Nie ^{*)}
	- Posiada krzywkowy system dźwigni, dzięki czemu krzywa obciążenia jest maksymalnie bezpieczna dla ćwiczącego oraz dostosowana do momentów siły generowanych przez mięśnie wykonujące ruch rotacji	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezprzewodowe połączenie z centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
	- Obciążenie regulowane, co 2,5 kg na stosie o wadze 100 kg	Tak / Nie ^{*)}
14.	Urządzenie do selektywnego ruchu zgięcia w odcinku lędźwiowym i piersiowym w płaszczyźnie strzałkowej:	Tak / Nie ^{*)}
	- Automatyczna, elektryczna regulacja wysokości podnóżka i siedziska umożliwia szybkie zajęcie pozycji na urządzeniu	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników	Tak / Nie ^{*)}
	- Sposób fiksacji miednicy eliminujący aktywność silnych zginaczy stawu biodrowego, pozwalający skupić pracę na mięśniach brzucha	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja wysokości podnóżka umożliwia dostosowanie do długości podudzia	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezstopniowa regulacja położenia elementu fiksującego na wysokości kolan umożliwia dostosowanie do długości uda	Tak / Nie ^{*)}
	- Oparcie urządzenia wyprofilowane w sposób wymuszający segmentalny ruch kręgów	Tak / Nie ^{*)}
	- Wyposażone w terminal z ekranem dotykowym 10" oraz czytnikiem kart RFID	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar zakresu ruchu w zakresie -32° do 57° z dokładnością do 1°	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar siły w standaryzowanych pozycjach od -30° do 45° co 15°	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch możliwy w zakresie -32° do 57°	Tak / Nie ^{*)}
	- Pas do stabilizacji miednicy	Tak / Nie ^{*)}
	- Posiada krzywkowy system dźwigni, dzięki czemu krzywa obciążenia jest maksymalnie bezpieczna dla ćwiczącego oraz dostosowana do momentów siły generowanych przez grupę mięśni brzucha	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezprzewodowe połączenie z centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
	- Obciążenie regulowane, co 2,5 kg na stosie o wadze 100 kg	Tak / Nie ^{*)}
15.	Urządzenie do selektywnego ruchu zgięcia, wyprostu i zgięcia do boku w odcinku szyjnym:	Tak / Nie ^{*)}
	- Automatyczna, elektryczna regulacja wysokości siedziska umożliwia szybkie zajęcie pozycji na urządzeniu	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników	Tak / Nie ^{*)}
	- Siedzisko obrotowe	Tak / Nie ^{*)}
	- Sposób stabilizacji górnej części ciała (od przodu, od tyłu, od boku w zależności od wykonywanego ruchu)	Tak / Nie ^{*)}
	- Wyposażone w obrotowy terminal z ekranem dotykowym 10" oraz czytnikiem kart RFID	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar zakresu ruchu w zakresie -85° do 70° z dokładnością do 1°	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar siły w standaryzowanych pozycjach od -15°, 0°, 15°	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch możliwy w zakresie -85° do 70°	Tak / Nie ^{*)}
	- Posiada krzywkowy system dźwigni, dzięki czemu krzywa obciążenia jest maksymalnie bezpieczna dla ćwiczącego oraz dostosowana do momentów siły generowanych w obrębie mięśni szyi	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezprzewodowe połączenie z centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
	- Obciążenie regulowane, co 1 kg na stosie o wadze 25 kg	Tak / Nie ^{*)}
16.	Urządzenie do selektywnego ruchu zgięcia do boku w odcinku lędźwiowym i piersiowym w płaszczyźnie czołowej:	Tak / Nie ^{*)}
	- Automatyczna, elektryczna regulacja wysokości siedziska umożliwia szybkie zajęcie pozycji na urządzeniu	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników	Tak / Nie ^{*)}

1	2	3
	- Sposób fiksacji miednicy i stawu biodrowego	Tak / Nie ^{*)}
	- System fiksacji górnej części ciała poprzez obręcz barkową oraz bezstopniowa regulacja za pomocą pokrętła	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezstopniowa regulacja położenia elementu fiksującego uda	Tak / Nie ^{*)}
	- Wyposażone w terminal z ekranem dotykowym 10" oraz czytnikiem kart RFID	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar zakresu ruchu w zakresie -73° do 73° z dokładnością do 1°	Tak / Nie ^{*)}
	-Urządzenie umożliwia pomiar siły w standaryzowanych pozycjach od -70° do 70° co 10°	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch możliwy w zakresie -73° do 73°	Tak / Nie ^{*)}
	- Posiada krzywkowy system dźwigni, dzięki czemu krzywa obciążenia jest maksymalnie bezpieczna dla ćwiczącego oraz dostosowana do momentów siły generowanych przez grupę mięśni zginających do boku	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezprzewodowe połączenie z centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
	- Obciążenie regulowane, co 2,5 kg na stosie o wadze 100 kg	Tak / Nie ^{*)}
17.	Urządzenie do selektywnego ruchu rotacji w odcinku szyjnym w płaszczyźnie poprzecznej:	Tak / Nie ^{*)}
	- Automatyczna, elektryczna regulacja wysokości siedziska i manualna regulacja elementu fiksującego obręcz barkową od przodu umożliwiającą szybkie zajęcie pozycji na urządzeniu	Tak / Nie ^{*)}
	- Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników	Tak / Nie ^{*)}
	- Sposób fiksacji głowy za pomocą poduszek obejmujących ją po obu stronach, regulowanych bezstopniowo pokrętłem	Tak / Nie ^{*)}
	- Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko pozwalające przyjąć prawidłową postawę	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch odbywa się w dwóch kierunkach – w lewo i prawo	Tak / Nie ^{*)}
	- Wyposażone w terminal z ekranem dotykowym 10" oraz czytnikiem kart RFID	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar zakresu ruchu w zakresie -90° do 90° z dokładnością do 1°	Tak / Nie ^{*)}
	- Urządzenie umożliwia pomiar siły w standaryzowanych pozycjach od -60° do 60° w odstępach, co 10°	Tak / Nie ^{*)}
	- Ruch możliwy w zakresie -90° do 90°	Tak / Nie ^{*)}
	- Posiada krzywkowy system dźwigni, dzięki czemu krzywa obciążenia jest maksymalnie bezpieczna dla ćwiczącego oraz dostosowana do momentów siły generowanych przez mięśnie wykonujące ruch rotacji	Tak / Nie ^{*)}
	- Bezprzewodowe połączenie z centralnym serwerem	Tak / Nie ^{*)}
	- Obciążenie regulowane, co 1 kg na stosie o wadze 25 kg	Tak / Nie ^{*)}
18.	Platforma umożliwiająca diagnostykę układu ruchu oraz trening z wykorzystaniem biofeedbacku	Tak / Nie ^{*)}
	Możliwość integracji informacji z obu kończyn górnych (niezależnie, dzięki czujnikom znajdującym się w uchwytach znajdujących się po bokach ekranu) oraz z kończyn dolnych (wykorzystanie położenia środka nacisku stóp na podłoże)	Tak / Nie ^{*)}
	Możliwość obsługi urządzenia za pomocą tabletu oraz poprzez wbudowany ekran	Tak / Nie ^{*)}
	Wbudowany silnik umożliwiający aktywne wytrącanie osoby ćwiczącej z równowagi dzięki ruchom wielosiowym, z możliwością zaprogramowania określonej trajektorii ruchu	Tak / Nie ^{*)}
	Platforma ma możliwość ruchu w niżej wymienionych trajektoriach (co najmniej) :	
	• Elipsa	Tak / Nie ^{*)}
	• Spirala	Tak / Nie ^{*)}
	• Wahadło	Tak / Nie ^{*)}
	• Słońce	Tak / Nie ^{*)}
	• Rozeta	Tak / Nie ^{*)}
	• Trajektorii przypadkowa	Tak / Nie ^{*)}
	Rodzaje badań diagnostycznych:	
	• Test stabilności postawy obunóż (oczy zamknięte i otwarte z wyznaczeniem współczynnika Romberga oraz Fukudy)	Tak / Nie ^{*)}
	• Test stabilności kończyn dolnych wykonywany jednoonóż (porównanie prawa/lewa)	Tak / Nie ^{*)}

1	2	3
	• Test chodu z pomiarem kadencji	Tak / Nie ^{*)}
	• Test limitów stabilności	Tak / Nie ^{*)}
	• Test ograniczenia ruchomości odc. lędźwiowego kręgosłupa	Tak / Nie ^{*)}
	• Pomiar siły mięśniowej kończyn górnych w warunkach izometrycznych	Tak / Nie ^{*)}
	• Test koordynacji mięśniowej	Tak / Nie ^{*)}
	Trening umożliwiający wykonanie czterech grup ćwiczeń:	
	• Gibkość (giętkość) i mobilność	Tak / Nie ^{*)}
	• Siła mięśniowa (błyskawiczne wzmocnienie)	Tak / Nie ^{*)}
	• Wytrzymałość (odporność)	Tak / Nie ^{*)}
	• Postawa i równowaga	Tak / Nie ^{*)}
	Możliwość zaprogramowania sesji treningowej (ciągu kilku ćwiczeń) dla poszczególnych pacjentów	Tak / Nie ^{*)}
	Graficzne przedstawienie postępu pacjentów	Tak / Nie ^{*)}
	Możliwość modyfikacji parametrów zaprogramowanych ćwiczeń, m.in: szybkości pracy platformy, trajektorii, ilości wykonywanych powtórzeń	Tak / Nie ^{*)}
	Platforma umożliwia dołączenie np. siedziska (taboretu) dla osób mniej sprawnych oraz wyposażenie np. w mocowane krążki obrotowe do zmiany ustawienia stóp (modyfikacja zgięcia i wyprostu w stawie skokowym, pronacji i supinacji)	Tak / Nie ^{*)}
	Platforma posiada zabezpieczenia w postaci poręczy bocznych	Tak / Nie ^{*)}
	Kolorowy wyświetlacz dotykowy , rozmiar min.10"	Tak / Nie ^{*)}
	Maksymalna masa pacjenta: min. 145kg	Tak / Nie ^{*)}
	Możliwość zapisania wyników testów w pliku PDF	Tak / Nie ^{*)}

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:	
W TYM VAT PLN:	

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

D. OŚWIADCZENIA:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- udzielimy na każde z urządzeń będących przedmiotem zamówieniamiesięcznej gwarancji jakości;
- deklarujemy nieodpłatny serwis posprzedażny dla urządzeń, który będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości;
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie (na zasadach opisanych w projekcie umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: _____

Tel./Faks: _____

E-mail: _____

F. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

G. INFORMACJA W ZAKRESIE WIELKOŚCI FIRMY PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (właściwe zakreślić):

- ☐ - mikroprzedsiębiorstwo;
- ☐ - małe przedsiębiorstwo;
- ☐ - średnie przedsiębiorstwo.

H. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (...) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

- 1) _____
- 2) _____

Oferta została złożona nakolejno ponumerowanych stronach.

(pieczęć Wykonawcy)

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy