

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę łóżka do hydromasażu dla CRR KRUS w Jedlcu

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i uruchomienie łóżka (robota) do hydromasażu na sucho: 4 zrobotyzowane dysze do hydromasażu; pomiar wzrostu i automatyczne dopasowanie obszaru masażu; zmiennociśnieniowe poduszki powietrzne z masażem stóp; bezgłośna praca.

Szczegółowe parametry techniczne:

- 1) Cztery zrobotyzowane dysze wodne.
 - 2) Praca dysz ma naśladować techniki masażu, minimum 7 technik masażu.
 - 3) Łączenie 4, 5 lub więcej wybranych technik masażu w ramach 1 zabiegu, automatycznie - bez konieczności przełączania parametrów przez obsługę lub pacjenta.
 - 4) Minimum 8 gotowych programów terapeutycznych.
 - 5) Minimum 10 programów użytkownika.
 - 6) Program wolny.
 - 7) Automatyczny pomiar wzrostu pacjenta i precyzyjne dostosowanie pracy do wybranych stref bez konieczności dokonywania ustawień przez personel lub pacjenta.
 - 8) Obrotowy panel sterowania umieszczony poza zasięgiem pacjenta.
 - 9) Możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów, w tym minimum: technik masażu, obszaru masażu, prędkości przesuwania dysz, liczby aktywnych dysz.
 - 10) Zmiennociśnieniowe poduszki powietrzne masujące i stabilizujące stopy, trzystopniowa regulacja ciśnienia.
 - 11) Otwierana pokrywa zasłaniająca głowę pacjenta.
 - 12) Automatyczne przygotowywanie urządzenia do pracy na zadaną godzinę, programowanie na każdy dzień tygodnia.
 - 13) Brak zużycia prądu do podtrzymywania temperatury wody poza godzinami pracy zakładu.
 - 14) Urządzenie napełniane wodą destylowaną.
 - 15) Pojemność wody w urządzeniu maks. 230 litrów.
 - 16) Woda w obiegu zamkniętym.
 - 17) Chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez zintegrowany układ chłodzący, bez zużycia bieżącej wody do chłodzenia i bez konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych w pomieszczeniu instalacji urządzenia.
 - 18) Siatka pod matą podtrzymująca pacjenta.
 - 19) Pokrowiec maskujący matę gumową.
 - 20) Zasilanie 230 V, 50 Hz.
 - 21) Wyrób medyczny
 - 22) Wymiary maks.: dł. 229 cm szer. 82 cm.
 - 23) Wysokość łóżka w miejscu dla pacjenta nie więcej niż: 50 cm.
 - 24) Emisja hałasu maksymalnie 54 B.
 - 25) Regulacja temperatury wody w urządzeniu w zakresie minimum od 25°C do 40°C.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego
 4. Pożądany termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2019 r. Gwarancja jakości – min. 36 miesięcy.
 5. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania, najniższa cena, warunki gwarancji oraz termin wykonania.
 6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć skutecznie w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, u Kierownika Działu Administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. godz. 10:00.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
 - b) parafowany wzór umowy;
 - c) inne dokumenty zgodnie z ust. 3Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są udostępnione na stronie internetowej: www.jedlec.nowybjp.pl.
 7. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
 8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 9. Osoba do kontaktu: Tadeusz Ordziniak - Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 62 761 62 51 wew. 205.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.