

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę aparatu EKG dla CRR KRUS w Jedlcu

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i uruchomienie kompaktowego aparatu EKG, 12-kanałowego z klawiaturą alfanumeryczną, przeznaczonego do wykonywania spoczynkowych badań EKG. Powinien zapewnić komfort obsługi oraz posiadać sprawdzone i niezawodne rozwiązania, wyposażony w prostą klawiaturę funkcyjną i duży min. 3" wyświetlacz LCD, intuicyjny w obsłudze. 3/6/12 kanałowy aparat EKG umożliwiający wykonywanie badania w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Graficzne menu wyświetlane na ekranie zapewniające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej oraz możliwość wydruku na papierze o szerokości 112 mm. Powinien zapewnić swobodne przenoszenie aparatu w dowolne miejsce: niska waga, niewielkie gabaryty oraz zasilanie akumulatorowe. Przedmiotem zamówienia jest również przeszkolenie pracowników z obsługi aparatu.

Specyfikacja techniczna:

- rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG;
- prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera;
- podczas badania automatyczna funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego;
- wydruk na papierze o szerokości 112 mm oraz wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń, dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG;
- klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi;
- graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątna 96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej;
- wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej;
- ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu;
- automatyczna detekcja zespołów QRS;
- filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz);
- filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz);
- filtr izolacji (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz);
- detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody;
- wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca;
- dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń;
- wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku;
- zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym;
- funkcje oszczędności energii akumulatora.

Wymagane wyposażenie:

- Kabel EKG,
 - Elektrody przyssawkowe ,
 - Elektrody kończynowe klipsowe,
 - Żel EKG 250g ,
 - Papier EKG - 5 rolek,
 - Kabel zasilający,
 - Dedykowana do aparatu walizka na sprzęt medyczny
 - Wózek medyczny pod elektrokardiograf z wysięgnikiem na kabel pacjenta posiadający 2 półki na urządzenia medyczne oraz dodatkową na elektrody i żel EKG. Wymiary ok.: wys. 85 cm, półka: 24cm x18cm.
 - Oprogramowanie do wykonywania elektrokardiograficznych badań spoczynkowych; rejestracja, analiza oraz archiwizacja zapisów EKG; podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputera; wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów z aparatu, opisów badań oraz danych pacjenta; generowanie badań w formacie PDF; możliwość przesyłania wyników pocztą elektroniczną; możliwość zapisu badania na nośniku zewnętrznym
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego
 4. Pożądaný termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2019 r. Gwarancja jakości – min. 24 miesięcy.
 5. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania, najniższa cena, warunki gwarancji oraz termin wykonania.
 6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć skutecznie w formie oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, u Kierownika Działu Administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2019 r. godz. 10:00.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
- b) parafowany wzór umowy;
- c) inne dokumenty zgodnie z ust. 3

Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są udostępnione na stronie internetowej: www.jedlec.nowybip.pl.

7. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
9. Osoba do kontaktu: Tadeusz Ordziński - Główny Specjalista ds. Technicznych, tel. 62 761 62 51 wew. 205.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.