



Jedlec, dnia 2019-12-04

CRR-241.10.03.2019

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień na „Dostawy urządzeń i aparatów medycznych dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu” Ogłoszenie BZP nr 630315-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję:

Pytanie 1:

Zadanie 2 i 3

„Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2 i 3 urządzenia, które nie są wyrobami medycznymi zgodnie z dyrektywą 93/42/EU, posiadają stosowne certyfikaty dla sprzętu treningowego oraz spełniają wszystkie pozostałe parametry?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w zadaniu 2 i 3 urządzenia, niebędące wyrobami medycznymi w rozumieniu dyrektywy 93/42/EU, posiadające stosowne certyfikaty dla sprzętu treningowego oraz spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Pytanie 2:

Zadanie 3

„Wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach. Pragniemy nadmienić, że do dnia dzisiejszego dostarczyliśmy do wielu placówek sprzęt medyczny, który działa bezawaryjnie i cieszy się pozytywną opinią użytkowników.

Zadanie 3. Bieżnia – szt. 2

Pkt. 1 Wymiar pasa bieżni minimum 160 x 55 cm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z wymiarem pasa bieżni 140x48 cm?

Pkt. 2 Dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z dopuszczalnym obciążeniem 150 kg?

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

- wymiar pasa bieżni minimum 160 x 55 cm.
- dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg.