

Jedlec, dnia 2020-10-06

CRR-241.03.03.2020

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień na „Dostawy urządzeń i aparatów medycznych dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu” Ogłoszenie BZP nr 92156-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję:

Pytanie 1:

„Czy wydłużą Państwo termin, w którym wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z terminu do 20 listopada 2020 roku, na do 20 grudnia 2020 roku?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 2:

Zadanie 1. Kabina do ćwiczeń i zawieszęń UGUL z osprzętem i stołem rehabilitacyjnym – jeden komplet, parametr:

Możliwość dezynfekcji powierzchni.

Czy Zamawiający może doprecyzować, o jakie powierzchnie chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga również możliwości dezynfekcji podwieszek.

Pytanie 3:

Zadanie 2. Rotor do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackem i treningiem symetrii – 1 szt.

Czy Zamawiający ma na myśli "Ustawienie czułości wykrywania spastyki?"

Czy Zamawiający ma na myśli "Wybór programu rozluźniania spastyki?"

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił błąd w opisie przedmiotu zamówienia na

"Ustawienie czułości wykrywania spastyki"

"Wybór programu rozluźniania spastyki"

Pytanie 4:

1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych, z biofeedbackiem i treningiem symetrii, koordynacji ruchowej i koncentracji, który w ramach terapii schorzeń neurologicznych, kardiologicznych i ortopedycznych posiada możliwości treningu symetrii i kontroli wykorzystując gry motywująco-koordynujące BILLY BALLANCE oraz LILLY LANE ?

Zaznaczam, że trening symetrii (kończyn dolnych i górnych) wykorzystujący te gry w tych urządzeniach posiada możliwość treningu koncentracji, koordynacji ruchowej oraz symetrii z uwzględnieniem wytrzymałości oraz odbudowy siły mięśniowej. Podczas treningu symetrii istnieje możliwość ustawienia indywidualnych wartości treningowych pacjenta w zależności od jego stanu i zaawansowania w procesie rehabilitacyjnym

Czy Zamawiający dopuści rotor do ćwiczeń czynnych i biernych, który posiada możliwości treningu koordynacji i symetrii poprzez wyżej wymienione gry, doskonale wykorzystujące funkcje biofeedbacku, pokazujące na bieżąco wyniki i postępy treningu symetrii, koordynacji oraz koncentracji ćwiczącego pacjenta ?

2) Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości technicznej rotor produkcji niemieckiej, które nie posiada wyłącznika akustycznego?

Konstruktorzy urządzenia ROTOR (do kończyn dolnych i górnych) niemieckiej firmy Reck MOTOMed, których zalety terapeutyczne znane są na całym świecie, nie umieszczają tych dodatkowych funkcji w postaci wyłącznika akustycznego, mając na uwadze dobro pacjentów i ich trwającej terapii, podczas której na skutek dodatkowych odgłosów często urządzenie samoistnie się wyłączało. Stanowiło to dużą przeszkodę dla trenujących pacjentów.

Ćwiczący nie potrafili się w pełni skoncentrować i cały efekt ważnego treningu z biofeedbackiem jest bardzo ograniczony.

Pozostałe wymienione cechy opisu przedmiotu zamówienia zaproponowane urządzenie rotor spełnia w 100%, a w niektórych punktach opisu posiada więcej możliwości, które można wykorzystać podczas PRACY Z PACJENTAMI.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia.