



CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU

ul. Spacerowa 1 63-322 Gołuchów ☎ +48 62 761 62 50, +48 505 02 99 79 ✉ +48 62 761 67 52

Gołuchów, dnia 2021-07-31

CRR.241.05.09.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Centrum w urządzenia medyczne, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ww. ustawy informuje, że unieważnia postępowanie dla następujących zadań:

1. Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp – w postępowaniu dla nw. części nie złożono żadnej oferty:

- 1) Zadanie 3. Zakup wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego - 1 szt.,
- 2) Zadanie 7. Zakup ergometru rowerowego - 6 szt.,
- 3) Zadanie 12. Zakup aparatu do oscylacji, stymulacji głębokiej - 1 szt.,
- 4) Zadanie 13. Zakup Pulsoksymetru do pomiaru dobowego (stałego) - 2 szt.,
- 5) Zadanie 15. Zakup pulsemonitora (kompletny zestaw) - 1 kpi.,

2. Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp w postępowaniu na Zadanie 10. Zakup rotora zespolonego do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem - 3 szt., wszystkie oferty podlegały odrzuceniu:

Zamawiający odrzucił ofertę firmy BTL Sp z o.o ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowane urządzenie po zweryfikowaniu z katalogiem produktu, nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia tzn. nie spełnia parametrów opisanych przez zamawiającego w zakresie punktów:

- trening ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej i symetrii terapii BIOFEEDBACK (Bramkarz),
- trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, koncentracji BIOFEEDBACK (Słoneczko);

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Meden-Inmed, 75-840 Koszalin, ul. Wenedów 2, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowane urządzenie po zweryfikowaniu z katalogiem produktu, nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia tzn. nie spełnia parametrów opisanych przez zamawiającego w zakresie punktów:

- moc silnika – wymagane 200 W,
- korba z regulacją promienia obrotu – wymagane 75-110 cm,
- regulacja położenia (pochylenia) w poziomie,
- biofeedback pasywny.

3. Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp – w postępowaniu dla nw. części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty:

- 1) Zadanie 1. Zakup aparatu do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i skojarzonej - combo - 3 szt.,
- 2) Zadanie 5. Zakup Redcord - zestawu z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową z trzema trawersami z kompletem aparatów, podwieszek i linek do terapii i ćwiczeń,
- 3) Zadanie 14. Zakup spirometru medycznego małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - 1 szt.,
- 4) Zadanie 18. Zakup stołu rehabilitacyjnego (z elektrycznym sterowaniem ustawień) - 1 szt.

dyrektor CRR
w Jedlcu
mgr Anna Wójcik MBA