

**Centrum Rehabilitacji Rolników**  
**Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu**  
63-322 Gołuchów, ul. Spacerowa 1

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**  
**w trybie podstawowym bez negocjacji**  
**na**

**doposażenie Centrum w urządzenia medyczne**

**Specyfikacja warunków zamówienia**  
(zwana dalej SWZ)

---

Gołuchów, czerwiec 2021

CRR-241.05.2021

## **Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców**

### **I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Centrum Rehabilitacji Rolników

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

ul. Spacerowa 1

63-322 Gołuchów

Numer tel.: 62 7616250

Adres poczty elektronicznej: [zamowienia@jedlec.pl](mailto:zamowienia@jedlec.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://jedlec.nowybip.pl/> i pod nazwą: **Doposażenie Centrum w urządzenia medyczne**, nr postępowania CRR-241.05.2021.

**II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

<https://jedlec.nowybip.pl/>

### **III. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

### **V. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi, aparatów i urządzeń medycznych do budynku rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w następujących częściach:

- 1) Zadanie 1. Zakup aparatu do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i skojarzonej - combo - 3 szt.,
- 2) Zadanie 2. Zakup aparatu - sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym - 1 szt.,
- 3) Zadanie 3. Zakup wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego - 1 szt.,
- 4) Zadanie 4. Zakup koncentratora tlenu - 3 szt.,
- 5) Zadanie 5. Zakup Redcord - zestawu z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową z trzema trawersami z kompletem aparatów, podwieszek i linek do terapii i ćwiczeń,
- 6) Zadanie 6. Zakup bieżni z zaawansowanym panelem sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD, - 2 szt.,
- 7) Zadanie 7. Zakup ergometru rowerowego - 6 szt.,
- 8) Zadanie 8. Zakup orbitreka - 2 szt.,
- 9) Zadanie 9. Zakup urządzenia do terapii i treningu mięśni głębokich kręgosłupa, pleców i koordynacji w pozycji stojącej - Spine gym - 8 szt.,
- 10) Zadanie 10. Zakup rotora zespolonego do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem - 3 szt.,
- 11) Zadanie 11. Zakup tablicy do ćwiczeń manualnych - 2 szt.,

- 12) Zadanie 12. Zakup aparatu do oscylacji, stymulacji głębokiej - 1 szt.,
  - 13) Zadanie 13. Zakup Pulsoksymetru do pomiaru dobowego (stałego) - 2 szt.,
  - 14) Zadanie 14. Zakup spirometru medycznego małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - 1 szt.,
  - 15) Zadanie 15. Zakup pulsemonitora (kompletny zestaw) - 1 kpi.,
  - 16) Zadanie 16. Zakup inhalatora pneumatycznego - 2 szt.,
  - 17) Zadanie 17. Zakup łóżka rehabilitacyjnego - 2 szt.,
  - 18) Zadanie 18. Zakup stołu rehabilitacyjnego (z elektrycznym sterowaniem ustawień) - 1 szt.,
- z których każda stanowi wyodrębnione zadanie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko na całość poszczególnego Zadania. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe obejmujące kilka lub wszystkie Zadania.

3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33150000-6, 33155000-7, 33158400-6, 33158500-4, 33128000-3, 33158100-3

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – co stanowi określenie minimalnych parametrów, wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

5. Wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w niniejszym rozdziale SWZ oraz w treści umowy.

6. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

7. Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia aby czas usunięcia awarii i usterek w okresie gwarancyjnym, tzw. czas reakcji serwisu nie był dłuższy niż 72 godziny (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii lub usterki telefonicznego lub przesłanego faxem lub e-mailem.

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie posiada wad fizycznych oraz wad prawnych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia oznakowanego znakiem CE potwierdzającym zgodność wyprodukowanego wyrobu z normami i wymaganiami zasadniczymi dyrektyw.

10. Wykonawca gwarantuje nieodpłatny serwis urządzeń przez czas trwania gwarancji zgodnie ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy odpowiednio polskojęzyczną dokumentację wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami, instrukcją obsługi oraz paszportami technicznymi.

12. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia w odpowiednio widoczne, czytelne i nieusuwalne oznakowanie tzn.: każdemu wyrobowi będzie towarzyszyć informacja konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania wytwórcy. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujące na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymienione w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia w branży wyrobów medycznych, a także w przepisach prawa krajowego dotyczących wyrobów medycznych przenoszących normy europejskie lub normy innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zmianami).

13. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie.

14. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym zakresu, sposobu i terminów realizacji wszystkich czynności dotyczących przedmiotu zamówienia w związku z faktem, że wszystkie działania Wykonawcy będą realizowane na terenie czynnego obiektu.

15. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

16. Podwykonawstwo:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;

2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu Wykonawcy

a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy w Formularzu Ofertowym stanowiącym do SWZ oraz

b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców.

#### **VI. Przedmiotowe środki dowodowe**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

#### **VII. Termin wykonania zamówienia**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy.

#### **VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Rozdziale II SWZ.

#### **IX. Podstawy wykluczenia**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się – zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp – Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

#### **X. Warunki udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

#### **XI. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 – 2 należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## **XII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych**

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia tj. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt XI w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w pkt IX SWZ.

## **XIII. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej: [zamowienia@jedlec.pl](mailto:zamowienia@jedlec.pl).

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „*Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” oraz do „*Formularza do komunikacji*”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ***Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)***. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: **„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”** i **„Formularza do komunikacji”** wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6. **Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr MN do SWZ.** Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

#### **XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Tadeusz Ordziniak, tel. 62 761 62 50 wew. 205, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:35, e-mail: [zamowienia@jedlec.pl](mailto:zamowienia@jedlec.pl).

#### **XVI. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 6.08.2021 r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa składania ofert.

#### **XVII. Opis sposobu przygotowywania oferty**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko na całość poszczególnego Zadania. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe obejmujące kilka lub wszystkie Zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System.

**UWAGA:** Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór zawiera Rozdział III SWZ.

#### **5. Do oferty należy dołączyć:**

- 1) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI SWZ);
- 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru. Przedmiotowe pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest wymagane również w odniesieniu do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, w tym ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

10. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej.

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10, sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio w wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każde z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.



Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każde z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

19. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności dostępu do oryginału.

20. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### **XVIII. Sposób oraz termin składania ofert**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2021 roku do godz. 10:00**

**UWAGA:** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

#### **XIX. Termin otwarcia ofert**

**1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 roku o godz. 10:30.** Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o:

1) nazwach albo imionach lub nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie.

#### **XX. Sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – *Rozdział III* SWZ.

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty.

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w ofercie informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, a także wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Zamawiającego będzie miała zastosowanie.

#### **XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
3. Sposób oceny ofert.
  - 1) Cena oferty.

Ocenie podlega wskazana w formularzu oferty cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocenę - 92 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 92 \text{ pkt}$$

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 2) Okres gwarancji.

Minimalny okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesiące – oferta wykonawcy, który zaoferuje okres krótszy zostanie odrzucona. Maksymalny okres gwarancji jakości, który zostanie uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 8 pkt.

Okres gwarancji jakości należy określić w formularzu oferty w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia innego okresu gwarancji jakości, zamawiający w celu dokonania oceny oferty przyjmie okres gwarancji jakości w dół do najbliższej liczby np. w przypadku podania okresu gwarancji jakości na okres 57,5 miesięcy, do oceny zostanie przyjęty okres 57 miesięcy.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

$$G = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji}} \times 8 \text{ pkt}$$

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru: C + G, gdzie:

C - Ilość punktów za kryterium cena oferty G - Ilość punktów za kryterium okres gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział II SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- 1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XXII SWZ.
- 2) wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.

3. Brak spełnienia wymogów określonych w pkt 2, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę.

**XXIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji /poręczenia:

1) z jej/jego treści winno wynikać, iż Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić wszelkie należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta).

2) winna/winno być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po potrąceniu przez Zamawiającego ewentualnych zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego.

**XXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzalnych**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

**XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

**XXVI. Klauzula informacyjna:**

**Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewa Wojtyła MBA.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu jest Pani Jolanta Jamrozik, e-mail [zkpk0001@jedlec.pl](mailto:zkpk0001@jedlec.pl), nr tel. 62 76 16 251, wew. 223.
3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania innych usług oraz do zapewnienia Centrum bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.
5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
7. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) obowiązkiem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność realizacji usługi.
10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

*Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.*

## **Rozdział II – Projektowane postanowienia umowy**

**Umowa nr .....**

Zawarta w dniu ..... r. w Gołuchowie pomiędzy:

**Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu**, 63-322 Gołuchów, ul. Spacerowa 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 250497975; numer NIP: 968-01-71-709, email: zamówienia@jedlec.pl strona internetowa: www.jedlec.nowybip.pl, reprezentowane przez Dyrektora – mgr Ewę Wojtyłę MBA, zwanym dalej Zamawiającym,

a

..... z siedzibą .....;wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... nr ....., REGON ....., NIP ....., reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

została zawarta Umowa, będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) o następującej treści:

### **§ 1**

#### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest doposażenie Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu w urządzenia medyczne o wartości ..... zł brutto (słownie: ..... /100 złotych) w tym podatek VAT ..... zł.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ..... 2021 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt i ryzyko, nw. urządzeń medycznych zwanych dalej „urządzeniami”:

- 1) .....,
- 2) .....,
- 3) .....,
- 4) .....,
- 5) .....,
- 6) .....,
- 7) .....,
- 8) .....,
- 9) .....,
- 10) .....,
- 11) .....,
- 12) .....,

- 13) .....  
14) .....  
15) .....  
16) .....  
17) .....  
18) .....

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń innych niż wskazane w ofercie, tj. nazwa handlowa, model, producent.

5. Wykonawca zobowiązuje się z chwilą dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń oraz przeprowadzić szkolenie z personelu Zamawiającego.

## § 2

### WARUNKI DOSTAWY

1. Urządzenia dostarczone do Zamawiającego winny być tożsame z nazwą handlową i nazwą producenta określoną w treści oferty Wykonawcy

2. Zamawiający w wyjątkowej dla niego sytuacji zastrzega sobie prawo do przyjęcia urządzeń w dogodnym dla siebie terminie.

3. Urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przewożąc w warunkach zalecanych przez producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy.

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostawy fakturę, zgodną z ofertą oraz ceną ofertową brutto.

5. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia upoważnia/wskazuje:

Waldemar Dzieciół nr tel. +48 500 373 846, e-mail.: [waldemar.dzieciol@jedlec.pl](mailto:waldemar.dzieciol@jedlec.pl)

6. Wykonawca do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia upoważnia/wskazuje:  
..... nr tel. ...., e-mail.: .....@.....

7. Zmiana osób wskazanych ust. 5 i 6 może nastąpić po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie stroną Umowy.

8. Wykonawca zamówienia w czasie dostawy przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do stosowania wewnętrznych procedur w zakresie poruszania się i parkowania na obiekcie Zamawiającego.

## § 3

### ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KONTROLA JAKOŚCI

1. Ilościowy i jakościowy odbiór urządzeń, będzie dokonywany w siedzibie Zamawiającego.

2. Upoważniona osoba przez Zamawiającego dokona w obecności upoważnionego pracownika Wykonawcy sprawdzenia ilościowego oraz jakościowego, co potwierdzi pisemnie w dokumencie dostawy.

3. Przejęcie odpowiedzialności za urządzenia następuje z chwilą potwierdzenia jego odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady jakościowe przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobligowany jest do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

## § 4

### GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA

1. Urządzenia określone w § 1 Umowy objęte są ..... miesięczną gwarancją jakości.

2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmi za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w ramach kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy naprawy gwarancyjne urządzeń wraz z koniecznym transportem urządzeń i wymianą części.

4. Jeżeli z tytułu gwarancji, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast urządzenia wadliwego urządzenie nowe, wolne od wad albo dokonał istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego, a jeżeli wymienił część urządzenia (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

6. Czas zakończenia naprawy od dnia określonego w ust. 5 będzie wynosił:

- 1) do 2 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia i wymiany części zamiennych;
- 2) do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części;
- 3) w uzgodnieniu z Zamawiającym w sytuacji nie zawinionej przez Wykonawcę spowodowanej wydłużeniem terminu sprowadzenia części zamiennych.

7. Dwie naprawy gwarancyjne urządzenia lub tego samego podzespołu uprawniają Zamawiającego do wymiany podzespołu na nowy.

#### § 5.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości ..... zł.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony ustalają, całość wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

#### § 6

##### SERWIS POSPRZEDAŻNY

1. Urządzenia określone w § 1 ust. 3 Umowy objęte są ..... miesięcznym nieodpłatnym serwisem posprzedażnym.

2. Czynności serwisu posprzedażnego będą:

- 1) wykonywane cyklicznie co 12 miesięcy w terminie uzgodnionym przez strony Umowy;
- 2) polegały na sprawowaniu opieki i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń poprzez:
  - a) ich przegląd techniczny,
  - b) wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i uwagami użytkownika.

3. Każde wykonanie czynności określonych w ust. 2 wymaga sporządzenia protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy.

#### § 7

##### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata za otrzymane urządzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury na rachunek wskazany na fakturze VAT.

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.



3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą do Zamawiającego (transport, opakowanie, załadunek i rozładunek, montaż w miejscu wskazanym, szkolenie personelu, oraz czynności związane z przygotowaniem dostawy).

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z przedmiotowej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 8

### ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień Umowy, na warunkach określonych w Umowie.

2. Zmiany do Umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia stron i mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji dostaw, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

## § 9

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. W przypadku zwłoki w realizacji usługi gwarancyjnej dotyczącej usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie zobowiązań gwarancyjnych.

3. W przypadku trwającej co najmniej 7 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania Umowy w dodatkowym co najmniej 2 dniowym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej i może być złożone w ciągu 10 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

6. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 1.

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

## § 10

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych, lub wytworzonych, lub przygotowanych w trakcie, lub jako rezultat i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej umowy i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim;

2) Nie będzie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z umową.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.
4. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowy właściwy dla Zamawiającego.
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
6. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1. Zestaw do fizykoterapii - 3 szt.**

- aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej,
- kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, minimum 7",
- trzy niezależne kanały zabiegowe,
- regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno,
- test elektrod,
- tryb manualny,
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie,
- baza wbudowanych programów zabiegowych,
- baza wbudowanych sekwencji zabiegowych,
- baza programów użytkownika,
- baza sekwencji użytkownika,
- programy ulubione,
- encyklopedia z opisem metodyki zabiegu,
- statystyki przeprowadzanych zabiegów,
- prądy i metody, co najmniej: interferencyjne izoplanarny, interferencyjne dynamiczny, interferencyjne jednokanałowy AMF, TENS symetryczny, TENS asymetryczny, TENS naprzemienny, TENS burst, TENS do terapii porażen spastycznych, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP), impulsowe prostokątne, impulsowe trójkątne, impulsowe UR wg Traberta, impulsowe Leduc, impulsowe neofaradyczny, unipolarne falujące, galwaniczne, mikroprądy,
- terapia ultradźwiękowa: wodoszczelne głowice, emisja ciągła/ impulsowa, kontrola przylegania czoła głowicy, kalibracja czułości głowicy według potrzeb,
- terapia skojarzona - praca w trybach, do wyboru: CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia),
- wyposażenie, co najmniej: kable pacjenta, elektrody do elektroterapii 6x6 cm - 4 szt., elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm - 2 szt., pokrowce wiskozowe do elektrod - 12 szt., pas rzepowy - 4 szt., głowica ultradźwiękowa 1 cm<sup>2</sup> - 1 szt., głowica ultradźwiękowa 4 cm<sup>2</sup> - 1 szt., dedykowany wózek pod aparat, producenta aparatu,
- zasilanie 230V,
- wyrób medyczny,

**2. Zestaw do laseroterapii - 1 szt.**

- kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, minimum 5"tryb manualny,
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie,
- baza wbudowanych programów zabiegowych,
- baza programów użytkownika,
- programy ulubione,
- możliwość edycji nazw programów użytkownika,
- encyklopedia z opisem metodyki zabiegu,
- statystyki przeprowadzanych zabiegów,
- regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego,
- tryb STANDBY,
- współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi,

- tryby emisji: ciągły i impulsowy,
- regulacja mocy promieniowania laserowego,
- regulacja wypełnienia,
- możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu,
- automatyczny test mocy promieniowania laserowego,
- automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego,
- trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących,
- dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi,
- końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych,
- wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji,
- wyposażenie: okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej - 2 pary, złącze typu DOOR, aplikator skanujący o mocy, co najmniej: R 100 mW i IR 450 mW, siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, system jezdny z hamulcami, półka na sterownik i okulary,
- zasilanie 230V,
- wyrób medyczny,

### **3. Wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i obręczy biodrowej - 1 szt.**

- skorupa wanny wykonana z materiału kompozytowego z włókna szklanego 3 generacji,
- co najmniej 23 dysze do masażu wirowego,
- co najmniej 3 strefy masażu,
- dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody,
- dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej,
- system dysz posiadający funkcję przepłukiwania,
- możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu,
- sygnał dźwiękowy osiągnięcia max. poziomu wody,
- sterowanie za pomocą kolorowego dotykowego ekranu 4,3",
- elektroniczna kontrola przebiegu masażu,
- elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody,
- elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie,
- możliwość ustawienia czasu terapii 0-99 min.,
- anatomicznie wyprofilowane siedzisko,
- pojemność użytkowa: poziom I -60l  $\pm$ 5 l, poziom II -165 l  $\pm$ 5 l,
- pompa wykonana ze stali nierdzewnej,
- uchwyty pacjenta, pokrętła, wylewka wody, wykonane ze stali nierdzewnej,
- schodki dwustopniowe,
- zasilanie 3x400V,
- wyrób medyczny

### **4. Koncentrator tlenu - 3 szt.**

- koncentracja tlenu w zakresie minimum 87-96 %,
- przepływ w zakresie minimum 0,5 - 5 l/min.,
- filtry - wewnętrzny bakteryjny,

- filtr zewnętrzny,
- głośność maks. 40 dB,
- alarm nieprawidłowego przepływu tlenu,
- alarm niskiego poziomu tlenu,
- alarm wysokiego poziomu przepływu tlenu,
- kółka oraz uchwyt ułatwiający transport,
- zasilanie 230V,
- wyrób medyczny,

#### **5. Zestaw do terapii i ćwiczeń w odciążeniu - 1 szt.**

- zestaw z konstrukcją wolnostojącą, zawierający: 1 x aparat AXIS lub równoważny, 3 x aparat TRAINER lub równoważny, 2 x podwieszka szeroka, 2 x podwieszka wąska, 1 x podwieszka dzielona, 1 x linka 5 m z klamrą 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, wałek 15 x 50 cm, 2 x poduszka sensomotoryczna, 4 x para uchwytów zwykłych, 1 x para uchwytów,

#### **6. Bieżnia - 2 szt.**

- bieżnia elektryczna,
- silnik AC o mocy stałej minimum 4 KM,
- funkcja pauzy
- wzmocnienia z utwardzonego tworzywa sztucznego na całej powierzchni biegowej,
- boczne stopnie bezpieczeństwa z antypoślizgową powierzchnią,
- komputer wyświetla: czas, prędkość, odległość, tętno, spalone kalorie,
- przycisk alarmowy do natychmiastowego zatrzymania pasa w razie niebezpieczeństwa,
- elektryczna regulacja nachylenia w zakresie minimum: 0-18%,
- czujniki tętna w uchwytach,
- przyciski do szybkiego wyboru prędkości i nachylenia,
- podświetlany wyświetlacz LCD lub LED,
- minimum 20 predefiniowanych programów szkoleniowych,
- minimum 3 programy użytkownika,
- wymiar pasa bieżni minimum 160 x 55 cm,
- dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg,
- funkcja samoczynnego smarowania,
- zasilanie 230V,

#### **7. Cykloergometr rowerowy - 6 szt.**

- mechaniczny system oporowy – koło zamachowe, opór regulowany przez docisk pasa,
- ergometr wahadłowy, wahadło ze skalą kp.
- manualna regulacja oporu za pomocą pokrętła dociskowego,
- kółka transportowe,
- regulacja kąta pochylecia uchwytu rąk,
- koło zamachowe o wadze minimum 20 kg,
- komputerowy pulpit: wskazanie pomiaru częstotliwości pedałowania, tętna (w wyposażeniu pas piersiowy), czasu, prędkości, przebytej drogi, zużycia kalorii oraz mocy,

- pomiar tętna bezprzewodowo,
- komunikacja BLE i ANT+,
- dopuszczalna waga użytkownika, co najmniej 200 kg,
- współpraca z zestawem do monitorowania tętna, opisanym w poz. 8,
- wyrób medyczny.

#### **8. Zestaw do monitorowania tętna - 1 szt.**

- optyczny sensor tętna - 12 sztuk, mocowany na ramieniu, minimum 6 diod LED, pamięć minimum 200 godzin, czas pracy minimum 12 h, wbudowany akumulator litowo-polimerowy, transmisja Bluetooth i ANT+,
- oprogramowanie na komputer PC, kontrolujące tętno uczestników, podgląd aktualnych parametrów każdego uczestnika trenującego w grupie, wyniki pomiaru wyświetlane na ekranie komputera oraz na telewizorze, jedna dożywotnia licencja na minimum 26 jednoczesnych uczestników, obsługa w języku polskim,
- komputer typu laptop - 1 sztuka, ekran minimum 17", minimum 8 GB RAM, procesor 4 rdzeniowy, częstotliwość bazowa minimum 1 GHz, częstotliwość turbo minimum 3.5 GHz, dysk SSD minimum 256 GB, rozdzielczość ekranu minimum 1920x1080, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, złącze HDMI, minimum w złącza USB, system operacyjny 64-bitowy z funkcją całkowitej blokady uniemożliwiającą dostęp do systemu i danych w przypadku kradzieży komputera, odbiornik ANT+ USB, splitter obrazu,
- telewizor - 1 sztuka, przekątna minimum 60", 2 złącza HDMI, WI-FI Direct, Bluetooth, 1 przewód HDMI o długości 20 m, stojak jezdny,
- współpraca z cykloergometrami rowerowymi opisanymi w poz. 7.

#### **9. Orbitrek - 2 szt.**

- przyrząd eliptyczny przednionapędowy,
- wbudowany generator,
- antypoślizgowe pedały z paskiem zabezpieczającym stopę,
- koło zamachowe o wadze minimum 14 kg,
- komputer z panelem LCD lub LED, wyświetlający parametry: czas, prędkość, dystans, ilość spalonych kalorii i tętno,
- możliwość wyboru poziomu oporu minimum 30 poziomów,
- minimum cztery gotowe programy,
- minimum dwa programy użytkownika,
- kółka transportowe,
- system wyrównywania powierzchni,
- dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg,
- długość kroku, co najmniej 50 cm.

#### **10. Urządzenie do ćwiczeń czynnych i równoważnych - 8 szt.**

- urządzenie do ćwiczeń mięśni głębokich,
- drążki stabilizujące ciało wykonane z karbonu,
- ćwiczenia mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała (ćwiczenia brzucha oraz pleców),
- trening w pozycji stojącej,
- zawartość zestawu: podest, 2 drążki, torba transportowa, pas.

**11. Rotor do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedbackiem i treningiem symetrii - 3 szt.**

- urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym i aktywnym,
- urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych,
- zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim,
- kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz z funkcją dotykową, o przekątnej minimum 7'',
- podstawy pod stopy z paskami mocującymi,
- korby z regulacją promienia obrotu, co najmniej 75, 110 mm,
- trzymacze łydek,
- kółka transportowe,
- moduł do terapii kończyn górnych z uchwytami terapeutycznymi,
- funkcja automatycznego dostosowania liczby obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego,
- funkcja automatycznej zmiany kierunku ćwiczenia,
- funkcja wykrywania aktywności pacjenta,
- trening ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej i symetrii terapii BIOFEEDBACK (Bramkarz),
- trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, wytrzymałości i odbudowy siły mięśniowej BIOFEEDBACK
- BIOFEEDBACK pasywny dla pacjentów z paraplegią, z bieżącą informacją dotyczącą napięcia mięśniowego,
- trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, koncentracji BIOFEEDBACK (Słoneczko),
- bieżący pomiar liczby obrotów,
- bieżący pomiar zużytej energii,
- bieżący pomiar osiąganego dystansu,
- bieżący pomiar czasu ćwiczenia,
- ustawienie kierunku rotacji,
- ustawienie czułości wykrywania spastyki,
- wybór programu rozluźniania spastyki,
- ustawienie prędkości ruchu biernego,
- raportowanie wyników ćwiczenia,
- START\STOP w barwach sygnalizacyjnych (czerwony, zielony),
- wyłącznik akustyczny,
- ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego,
- ustawienie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza,
- system automatycznego wyłączania w stanie spoczynku,
- regulacja wysokości rotora,
- regulacja położenia (pochylenia) w poziomie,
- kółka transportowe,
- całkowicie obudowany mechanizm zamachowy,
- elektroniczne koło zamachowe,
- moc silnika minimum 200 W,
- zasilanie 230V,
- wyrób medyczny.

**12. Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem - 2 szt.**

- blat tablicy wykonany ze sklejk,

- drobne przyrządy wykonane z litego drewna,
- całość zamontowana na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości,
- stopki z olejoodpornej gumy z regulacją,
- co najmniej cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu.

### **13. Aparat do terapii głęboką oscylacją - 1 szt.**

- regulacja częstotliwości w zakresie minimum 10-250 Hz,
- dwa, niezależne kanały zabiegowe,
- obrotowy monitor z regulacją kąta nachylenia, ekran dotykowy minimum 8",
- minimum 20 gotowych programów zabiegowych, z dynamicznymi animacjami zabiegowymi,
- minimum 100 programów użytkownika,
- wózek z odchylaną kieszenią na akcesoria,
- blokada zabezpieczająca przed zrzuceniem urządzenia z wózka,
- minimum 2 rozmiary aplikacja torów zabiegowych,
- zasilanie 230 V,
- wyrób medyczny.

### **14. Pulsoksymetr - 2 szt.**

- pamięć minimum 72 h pomiarów,
- przystosowany do ciągłego monitorowania parametrów oraz do pojedynczych pomiarów,
- zasilany z baterii,
- pomiar SpO2 i pulsu,
- 3-kolorowy wskaźnik perfuzji,
- zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%,
- dokładność nie gorsza niż 70 – 100%  $\pm 2$  cyfry – dorośli i dzieci,  $\pm 3$  cyfry – noworodki
- zakres częstości tętna minimum: 20 – 300 u./min.
- długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona)
- zasilanie bateryjne minimum 80 godzin
- czujnik wielorazowy typu klips palcowy
- wyrób medyczny

### **15. Spirometr - 1 szt.**

- mobilny spirometr z wbudowanymi w obudowę komputerem z dotykowym kolorowym ekranem LCD o przekątnej minimum 7" i drukarką termiczną- szerokość papier minimum 110 mm,
- wykonanie testów: -spirometria wolna, spirometria natężona: krzywa przepływ objętość, MVV,
- zakresy pomiarowe: zakres pomiaru przepływu minimum  $\pm 20$  l/s, rozdzielczość pomiaru przepływu minimum 2,4ml/s, dokładność pomiaru przepływu  $< 2\%$ , zakres pomiaru objętości  $\pm 10$  l, rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml, dokładność pomiaru objętości  $< 2\%$ ,
- spirometria: VC, IC, ERV, TV, BF,
- krzywa przepływ-objętość w raporcie standardowym: FEV1/FVC, FEV 1, FVC EX, VC IN, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, FEF25/75, MIF50, TPEF, FET, FEV1%VC, BEV,
- krzywa przepływ-objętość w raporcie rozszerzonym: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6,



BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT,

- maksymalna minutowa wentylacja dowolna (MVV): MVV, BF, BR,
- głowica pneumatograficzna wymienna dla każdego pacjenta,
- wyposażenie, co najmniej: 20 szt. głowic pneumatograficznych, ustnik dla dorosłych - 50 szt., klips na nos z tworzywa sztucznego - 20 szt., przyłącze głowicy - 1 szt., zatrzask głowicy - 5 szt.
- głowica pneumatograficzna łatwo sterylizowana w całości i niewymagająca stosowania filtrów przeciwbakteryjnych,
- gwarantowana liczba sterylizacji w wysokiej temperaturze, minimum 1000,
- automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS,
- ocena jakości badania w skali A-F,
- automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania,
- automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS,
- możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania (klasa A lub B),
- możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników zarejestrowanych badań,
- możliwość porównania wyników testów z wartościami należnymi,
- obliczanie odchyłeń standardowych i percentyli,
- prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływu – objętość w czasie rzeczywistym,
- możliwość prezentacji krzywej przepływu-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym,
- archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej,
- możliwość transmisji wyników do PC,
- moduł automatycznego pomiaru parametrów otoczenia: ciśnienia, temperatury,
- zasilanie 230 V,
- wyrób medyczny.

#### **16. Inhalator - 2 szt.**

- inhalator pneumatyczny,
- tryb synchroniczny,
- synchroniczna z wdechem pacjenta generacja aerozolu,
- kolorowy ekran dotykowy,
- programy inhalacji, w których można zapamiętać czas, nazwę i dawkę podanego leku, a także wagę, wiek i płeć pacjenta,
- wibroaerozol – wbudowany moduł pulsacji aerozolu,
- wydajność sprężarki, co najmniej 15 l/min,
- maksymalne ciśnienie  $\geq 3$  bar,
- częstotliwość wibracji  $100 \pm 3$  Hz,
- odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu,
- zasilanie 230 V,
- wyrób medyczny.

#### **17. Łóżko rehabilitacyjne (dla pacjenta) - 2 szt.**

- dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej-niżej,
- leże cztero-segmentowe,

- pilot z funkcją blokady,
- płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota,
- pozycja anty-trendelenburga,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia za pomocą pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu za pomocą pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,
- obudowa skrzynkowa i barierki w kolorze drzewa bukowego,
- barierki opuszczane poniżej poziomu ramy leża,
- zabudowane panele od strony głowy i nóg, maskujące siłowniki,
- kółka jezdne z blokadą,
- wysięgnik,
- leże metalowe,
- materac typu gofer z pokrowcem nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym,
- wymiary leża, co najmniej 90 cm x 200 cm,
- maksymalne obciążenie, co najmniej 180 kg,
- szafka przyłóżkowa, główna rama wykonana z litego drzewa bukowego, obudowa ze sklejki oklejonej naturalną okleiną bukową, szuflada, półka z drzwiczkami, wysuwany blat, kołka, wysokość 90 cm  $\pm$  3 cm, szerokość 90 cm  $\pm$  3 cm, głębokość 45 cm  $\pm$  3 cm.

#### **18. Stół rehabilitacyjny**

- stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości,
- leżysko dwuczęściowe,
- zagłówek z otworem na twarz regulowany za pomocą sprężyny gazowej,
- kółka,
- sterowanie wysokością za pomocą ramy,
- zakres regulacji wysokości minimum 50-95 cm,
- dopuszczalne obciążenie 200 kg lub więcej,
- długość leżyska, co najmniej 195 cm,
- szerokość leżyska, co najmniej 67 cm,
- wyrób medyczny.

**Niniejsza Specyfikacja zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne.** Wykonawca może zaoferować materiały i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.

### **Rozdział III – Formularz oferty i Załączniki do SWZ**

#### **Formularz oferty**

Nazwa (Firma) Wykonawcy

.....,  
.....,  
.....,  
.....,  
.....,

Adres siedziby

.....,  
.....,  
.....,  
.....,  
.....,  
.....,

Adres do korespondencji

.....,  
.....,  
.....,  
.....,  
.....,  
.....,  
.....,

Osoba do kontaktów - .....

Tel. - .....; fax - .....

E-mail: .....

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie Centrum w urządzenia medyczne:

| L. p. | Wyszczególnienie ( <i>podać nazwę, model, producent, itp.</i> )                                                                                   | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto<br>[kol. 4 x 5] | VAT<br>[%] | Wartość VAT<br>[kol. 6 x 7] | Wartość brutto<br>[kol. 6 + 8] | Okres gwarancji<br>w miesiącach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                 | 3     | 4     | 5                | 6                             | 7          | 8                           | 9                              | 10                              |
| 1)    | Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej – combo:                                                                  | szt.  | 3     |                  |                               |            |                             |                                |                                 |
| 2)    | Aparat - sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym:                                                                                     | szt.  | 1     |                  |                               |            |                             |                                |                                 |
| 3)    | Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego:                                                                                              | szt.  | 1     |                  |                               |            |                             |                                |                                 |
| 4)    | Koncentrator tlenu                                                                                                                                | szt.  | 3     |                  |                               |            |                             |                                |                                 |
| 5)    | Redcord - zestaw z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową z trzema trawersami z kompletem aparatów, podwieszek i linek do terapii i ćwiczeń | kpl.  | 1     |                  |                               |            |                             |                                |                                 |
| 6)    | Bieżnia z zaawansowanym panelem sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD                                                                      | szt.  | 2     |                  |                               |            |                             |                                |                                 |

|     |                                                                                                                   |      |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 7)  | Ergometr rowerowy do sali ćwiczeń                                                                                 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8)  | Orbitrek do sali ćwiczeń                                                                                          | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9)  | Urządzenia do terapii i treningu mięśni głębokich kręgosłupa, pleców i koordynacji w pozycji stojącej - Spine gym | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Rotor zespolony do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem                         | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Tablice do ćwiczeń manualnych                                                                                     | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Aparat do oscylacji stymulacji głębokiej                                                                          | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Pulsoksymetr do pomiaru dobowego (stałego)                                                                        | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |

|                      |                                                                                                      |      |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 14)                  | Spirometr medyczny mały, przenośny, diagnostyczny z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15)                  | Pulse monitor (kompletny zestaw)                                                                     | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16)                  | Inhalator pneumatyczny                                                                               | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17)                  | Łóżko rehabilitacyjne                                                                                | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18)                  | Stół rehabilitacyjny sterowany ramą                                                                  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Razem</b>         |                                                                                                      |      |   |  |  |  |  |  |  |
| SŁOWNIE<br>BURTO PLN |                                                                                                      |      |   |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                      |      |   |  |  |  |  |  |  |

2. składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

3. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi .....zł brutto (słownie:.....), w tym VAT (.....%) w tym:

4. Termin wykonania ..... (podać w dniach)

**Uwaga! W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę oferowanego terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia, tj. 40 dni. W przypadku zaoferowania terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 40 dni oferta zostanie odrzucona.**

5. Okres gwarancji na zestawy - ..... miesięcy.

6. Oświadczamy, że:

6.1. złożona przez nas oferta ..... (**wpisać: powoduje lub nie powoduje**)\* powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dla:

.....

(wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi)

o wartości ..... (wskazać wartość bez kwoty podatku), ..... % VAT.

6.2. oferowane przez nas przedmioty zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SWZ;

6.3. oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne, są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) .

6.4. podana wyżej cena jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy.

6.5. akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

6.6. zapoznaliśmy się ze SWZ, w tym z projektowanymi postanowieniami umowy, nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania określonych warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

6.7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;

6.8. deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SWZ;

6.9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia<sup>2</sup> .

7. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (informacja potrzebna do celów statystycznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).

7.1. Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą (**zaznaczyć krzyżykiem**):

1 ☐ mikro      *Mikro przedsiębiorca: zatrudnia <10 osób, roczny obrót lub roczna suma bilansowa <2mln euro*

2 ☐ małym      *Mały przedsiębiorca: zatrudnia <50 osób, roczny obrót lub roczna suma bilansowa <10mln euro*

3 ☐ średnim      *Średni przedsiębiorca: nie jest mikro ani małym przedsiębiorcą, zatrudnia <250 osób, roczny obrót <50 mln euro lub roczna suma bilansowa <43mln euro*

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach ogólnodostępnych:

a) Nazwa dokumentu/oświadczenia\* ..... Adres strony internetowej: .....

b) Nazwa dokumentu/oświadczenia\* ..... Adres strony internetowej: .....

\* niepotrzebne skreślić

..... , dnia .....

/pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy/



.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

## **OŚWIADCZENIE**

### **w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji**

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że:

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

2. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:

a) .....(nazwa i adres podwykonawcy)  
w następującym zakresie .....  
(podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy),

b) .....(nazwa i adres podwykonawcy)  
w następującym zakresie .....  
(podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy).

Miejscowość i data.....

Podpis (imię, nazwisko).....

*(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)*