



Gołuchów, dnia 2021-10-13

CRR.241.07.10.2021

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Centrum w urządzenia medyczne, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ww. ustawy informuje, że zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, dla następujących części zamówienia:

- 1) Zadanie 2. Zakup wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego - 1 szt.,
- 2) Zadanie 4. Zakup ergometru rowerowego - 6 szt.,
- 3) Zadanie 5. Zakup rotora zespolonego do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem - 3 szt.,
- 4) Zadanie 6. Zakup aparatu do oscylacji, stymulacji głębokiej - 1 szt.,
- 5) Zadanie 7. Zakup Pulsoksymetru do pomiaru dobowego (stałego) - 2 szt.,
- 6) Zadanie 8. Zakup spirometru medycznego małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - 1 szt.,
- 7) Zadanie 9. Zakup pulsemonitora (kompletny zestaw) - 1 kpl.,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Białe. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Punktacja przyznana ofertom: Cena 92 pkt. Gwarancja 8 pkt. Łączny wskaźnik wynikowy 100 pkt.

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp w postępowaniu na Zadanie 8. Zakup spirometru medycznego małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - 1 szt. Zamawiający odrzucił ofertę firm:

1. NZ TECHNO Sp. z o. o. ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowane urządzenie po zweryfikowaniu z katalogiem produktu, nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia tzn. nie spełnia parametrów opisanych przez zamawiającego w zakresie punktów:

- głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta, łatwo sterylizowana w całości i niewymagająca stosowania filtrów przeciwbakteryjnych - oferowany aparat ma jedną głowicę, która nie jest sterylizowana w całości, wymaga stosowania filtrów - nie ma możliwości pracy,
- zakres pomiaru przepływu minimum +/- 20 l/s – oferowany aparat ma zakres pomiaru przepływu minimum +/- 16 l/s,
- dokładność pomiaru przepływu < 2% - oferowany aparat ma dokładność ±10%;

2. Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 10/20, 10-693 Olsztyn na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowane urządzenie po zweryfikowaniu z katalogiem produktu, nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia tzn. nie spełnia parametrów opisanych przez zamawiającego w zakresie punktów:

- zakresy pomiarowe: zakres pomiaru przepływu minimum +/- 20 l/s, rozdzielczość pomiaru przepływu minimum 2,4ml/s, dokładność pomiaru przepływu < 2%, zakres pomiaru objętości +/- 10 l,

rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml, dokładność pomiaru objętości < 2%, brak informacji u producenta, czy ten aparat spełnia powyższe wymogi,

- krzywa przepływ-objętość w raporcie rozszerzonym: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT – oferowany aparat nie spełnia następujących parametrów: FEV0.5, FEV0.75, FEV2, FEV3, MEF@FRC, FEF75/85, FEF 0.2-1.2, VPEF, FET, TPEF%FET, MEF50%, FEV1/PEF, BEV%FVCex, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT,

- głowica pneumatograficzna łatwo sterylizowana w całości i niewymagająca stosowania filtrów przeciwbakteryjnych – oferowany aparat nie posiada takich głowic, wyłącznie jednorazowe

- gwarantowana liczba sterylizacji w wysokiej temperaturze, minimum 1000 – oferowany aparat nie posiada takich głowic, wyłącznie jednorazowe

- automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS – oferowany aparat nie posiada tej funkcji,

- możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników zarejestrowanych badań – oferowany aparat nie posiada tej funkcji.

8) Zadanie 1. Zakup aparatu do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i skojarzonej - combo - 3 szt., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Punktacja przyznana ofertom:

L. p.	Wykonawca	Cena	Gwarancja	Łączny wskaźnik wynikowy
1	Meden-Inmed ul. Wenedów 2, 75-840 Koszalin	72,68	8,00	80,68
2	HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała	92,00	8,00	100,00

9) Zadanie 10. Zakup stołu rehabilitacyjnego (z elektrycznym sterowaniem ustawień) - 1 szt., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Punktacja przyznana ofertom:

L. p.	Wykonawca	Cena	Gwarancja	Łączny wskaźnik wynikowy
1	Meden-Inmed ul. Wenedów 2, 75-840 Koszalin	63,69	8,00	71,69
2	HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała	92,00	8,00	100,00

Dyrektor CRR
w Jedli
mgr Elżbieta Wójtyła MBA