



Gołuchów, dnia 2022-10-21

CRR-241.10.2022

Dotyczy:

wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp” na doposażenie Centrum w urzędzenia medyczne.

Na podstawie Art. 284 [Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań] ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, informuję:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej - combo ze stolikiem wyposażony w elektrody o innych rozmiarach niż wskazane w wymaganiach, a mianowicie: elektrody do elektroterapii 5x7 cm - 4 szt. oraz elektrody do elektroterapii 12 x 8 cm - 2 szt.?
2. Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii dwukanałowej ze stolikiem wyposażony w elektrody o innych rozmiarach niż wskazane w wymaganiach, a mianowicie: elektrody do elektroterapii 5x7 cm - 4 szt. oraz elektrody do elektroterapii 12 x 8 cm - 2 szt.?
3. Czy zamawiający dopuści stolik pod aparaty wymienione w zadaniach 1, 2 i 3, na którym można ustawić tylko jeden aparat? Stolik wyposażony jest w cztery kółka w tym dwa z hamulcami, wyposażony jest również w 5 otwieranych uchylne schowków.
4. Czy zamawiający dopuści aparat podciśnieniowy niewyposażony w dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika?
5. Czy zamawiający dopuści aparat podciśnieniowy niewyposażony w sygnalizację napełniania zbiornika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) zawierający tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne. Wypełniony załącznik należy przedłożyć wraz ofertą oraz dokumentami potwierdzającymi parametry (DTR, instrukcje producenta, rysunki, itp.). Wykonawca może zaoferować materiały i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w tym dokumencie.