

Katowice, dn. 20.02.2019
PK.7243.399.2019

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: postępowania na dostawę 15 sztuk defibrylatorów AED
(znak sprawy: ZP/PK/1/2019).**

Na podstawie pkt. IV ust. 2 Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia, Zarząd Transportu Metropolitalnego jako Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły kolejne zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym funkcja pomocy uruchamiana jest przyciskiem?

Uzasadnienie: Pytania nr 40 oraz 51 mają na celu wykluczenie z postępowania co najmniej kilku producentów. Dwa najpopularniejsze modele na rynku (m. in. Philips HeartStart FRx oraz IPAD CU SP 1) posiadają wbudowany metronom i instrukcje RKO uruchamiane przyciskiem w razie potrzeby. Spowodowane jest to faktem, że nie każda osoba udzielająca pomocy potrzebuje instrukcji prowadzenia RKO. Uruchomienie funkcji instruktażu RKO w takim przypadku może niepotrzebnie wydłużać czas do rozpoczęcia RKO i wprowadzić niepotrzebne zamieszanie. Wnosimy o dopuszczenie urządzeń, w których metronom oraz instrukcje dotyczące RKO włączane są automatycznie lub ręcznie.

Odpowiedź:

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do pytania, Zamawiający zmienia swoją odpowiedź do pytań nr 40 i 51, dopuszczając urządzenie, w którym funkcja asystenta RKO uruchamiana jest za pomocą przycisku.

Pytanie 55

W odpowiedziach dotyczących gwarancji/żywności/przydatności baterii odpowiedzi Zamawiającego pozostawiają szerokie możliwości interpretacji. Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie 8, że bateria ma być objęta gwarancją producenta przez cały okres żywotności i ma to zostać potwierdzone w szczegółowych warunkach gwarancji?

Uzasadnienie: Pytanie nr 45 ma na celu dopuszczenie urządzeń, których producenci w szczegółowych warunkach gwarancji nie udzielają gwarancji na baterię lub udzielają gwarancji krótszej niż deklarowana żywotność. Czy Zamawiający podtrzymuje

stanowisko z odpowiedzi nr 8 dotyczące okresu gwarancji producenta na baterię w szczegółowych warunkach gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 45 i dopuszcza w dokumentacji urządzenia zapis „trwałość” lub „przydatność” w odniesieniu do terminu przydatności baterii zamiast słowa „gwarancja”.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, których poziom głośności posiada kilka stopni i jest automatycznie ustawiony na poziom maksymalny?

Uzasadnienie: tylko dwa modele defibrylatorów na rynku posiadają możliwość automatycznego dostosowania głośności. Większość ma zaprogramowaną maksymalną głośność komend. Dzięki temu wykluczone jest ryzyko błędnego rozpoznania przez urządzenie poziomu hałasu i zbyt cichych komend. Wnosimy o dopuszczenie urządzeń, których poziom głośności posiada kilka stopni i jest automatycznie ustawiony na poziom maksymalny.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści urządzenia, których poziom głośności posiada kilka stopni i jest automatycznie ustawiony na poziom maksymalny.

Z poważaniem

Dyrektor
Zarządu Transportu Metropolitalnego
(-) Małgorzata Gutowska

Sporządził:
Wojciech Trzewik
Tel.(32) 74 38 441
wtrzewik@metropoliaztm.pl