

Wyjaśnienia treści SWZ

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający informuje, że w dniu 21.07.2021 r., 23.07.2021 r., 26.07.2021 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w prowadzonym w trybie podstawowym w postępowaniu, pn.: „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim”

Treść pytań oraz wyjaśnienia są następujące:

Pytania z 21.03.2022 r.

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące poz. 3 „Stacjonarne stanowisko do mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych”

Czy Zamawiający dopuszcza, aby stół ze zlewem ze stali kwasoodpornej był wyposażony w zlew 3-komorowy?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie zawarte w pytaniu z zastrzeżeniem konieczności podłączenia do przygotowanej instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące poz. 3 „Stacjonarne stanowisko do mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych”

Proszę o informację, jakiego rodzaju okapu wymaga Zamawiający? Czy ma to być okap typu kominowego, przyściennego czy podszafrkowy?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wymaga okapu wolnostojącego/podszafrkowego, elektrycznego z możliwością niezależnego zawieszenia.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy poz. 6 „Stanowisko kompletowania i przygotowania sprzętu i wyrobów medycznych do sterylizacji” Czy Zamawiający dopuszcza, aby stół do kontroli i pakowania był wykonany w całości ze stali nierdzewnej? Jest to parametr lepszy od stołu z blatem z płyty laminowanej.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów.