

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia na wykonanie dostawy)
-postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro)

I. ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
tel 74 664-63-19, fax 74 842-59-16

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa dwóch zgrzewarek MacoSeal TWIN do drenów PVC z jedną głowicą (ref. 9MSL3620) dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”.

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

- instalacja urządzenia oraz przeprowadzenie szkolenia bezpośredniego użytkownika w zakresie użytkowania przedmiotu oferty w siedzibie zamawiającego,
- przeprowadzenie walidacji urządzenia, założenie paszportu technicznego,
- gwarancja min. 24 miesiące,
- bezpłatna walidacja urządzenia 1 raz w roku w okresie gwarancji,
- urządzenie medyczne klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC,
- przedmiot oferty oznaczony znakiem CE,
- deklaracje lub certyfikaty na przedmiot oferty, które dopuszczają jego stosowanie w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- przedmiot oferty fabrycznie nowy*,
- koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem pokrywa Wykonawca,
- do dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszelką dokumentację np.: atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcję w języku polskim, autoryzacji producenta dla serwisu.

* zamawiający dopuszcza jedno urządzenie w wersji „demo”, data produkcji nie starsza niż 08/2016

Opis przedmiotu zamówienia:

- MacoSeal TWIN stacjonarna zgrzewarka do drenów PCV (ref. 9MSL3620) z jedną głowicą ręczną,
- możliwość zgrzewania drenów wszystkich typów pojemników do pobierania krwi dostępnych na polskim rynku,
- urządzenie przystosowane do zgrzewania drenów pustych i wypełnionych,
- system automatycznie dostosowujący czas / moc zgrzewania do grubości drenu oraz rodzaju plastyfikatora z jakiego zostały wykonane,
- system kontroli zgrzewu z sygnalizacją błędu zgrzewu (sygnalizacja LED),
- zgrzew z perforacją ułatwiającą rozdzielanie segmentów bez użycia ostrych narzędzi,
- możliwość łatwego demontażu głowicy zgrzewającej lub osłony głowicy zgrzewającej tak aby było możliwe wyczyszczenie głowicy,
- połączenie głowicy z główną częścią urządzenia giętke (kabel) o długości min 2,3 metra,
- możliwość zgrzewania drenów zestawów pojemników podłączonych bezpośrednio do dawcy,
- zasilanie zewnętrzne.

- Wymiary generatora: dł 232mm, szer 91mm, wys 91mm
 - Wymiary głowicy zgrzewającej: dł 200mm, wys 28mm
 - Długość przewodu: 2,3 m
 - Moc/zasilanie: 100/230V-50/60 Hz
 - Zużycie energii: 400 VA
 - Moc wyjściowa RF: 90 W maks./40.68 MHz
 - Bezpieczniki: 2xT4 AL, 250V
 - Średnica drenów: od 2,5 do 5mm, maks.grubość ścianki 0,75mm
 - Czas zgrzewania: od 0,4-1,5s.maks.6s w zależności od grubości drenu
 - Ilość zgrzewów: 800/godz
 - Ciągła zdolność pracy: 100
3. Skład zestawu ma zawierać:
- jednostkę zasilającą,
 - jedną głowicę zgrzewającą PCV (opcjonalnie możliwość podłączenia drugiej głowicy zgrzewającej).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakładany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,
- być opatrzona pieczęcią firmową,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres email,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać szczegółową specyfikację urządzenia, instrukcję w języku polskim, deklarację zgodności wytwórcy,
- określać całkowitą cenę za realizację zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 maja 2017 r. do godz.10.00 w sekretariacie RCKiK w Wałbrzychu przy ul.Chrobrego 31.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych i spełniających określone w zapytaniu wymagania ofert na podstawie:

1. Kryterium cena – 80%, maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.
2. Gwarancja – 20% (20 pkt - co najmniej 36 miesięcy, 15 pkt – co najmniej 24 miesiące, 10 pkt – 12 miesięcy).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Janusz Gabrysiak tel. 601-140-666, fax 74 842-59-16
email: j.gabrysiak@rckik.walbrzych.pl

Wałbrzych, dnia 22.05.2017 r.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwioudawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Radojewski

