

Wałbrzych, 8 listopada 2010 r.

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza składającego się z 2 do 6 donacji (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 4 listopada 2010 r. wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

“(…) proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie automatycznego systemu do wykrywania RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV w puli osocza wykonującego archiwizację próbki o objętości 1,4 ml na numerowanej mikro płytce z dołkami o pojemności 2,2 ml, oraz przechowywanie drugiej próbki donacji w drenie?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne wydłużenie czasu szkolenia do 10 dni?
3. Dot. Zał. nr 3 do SIWZ – W związku z planowaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług prosimy o zawarcie w projekcie umowy poniższego zapisu (co nie wpływa na wysokość zaoferowanych cen/czynszu netto): „Od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towar usług (podatek VAT) do cen netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa.”

W nawiązaniu do treści przytoczonych zapytań informujemy, że:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie automatycznego systemu do wykrywania RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV w puli osocza wykonującego archiwizację próbki o objętości 1,4 ml na numerowanej mikro płytce z dołkami o pojemności 2,2 ml, oraz przechowywanie drugiej próbki donacji w drenie.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu szkolenia do 10 dni.

Ad.3. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ (projekt umowy) poprzez dodanie w § 3 ustępu 4 o następującej treści: „Od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towar usług (VAT) do cen netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z tych przepisów.”

Z-ca DYREKTORA ds. leczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Lek. med. Piotr Poplawski

mgr Danuta Kwapisz
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
mgr farm. Leszek Radojewski