

ZP-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu**
Adres zamawiającego: ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Przedmiot zamówienia

Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego producenta.

Jeżeli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu.

System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieranym materiałem osób pobierających jak i dawców.

Probówki muszą posiadać kalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji.

Probówki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego; łatwe i bezpieczne w utylizacji. Ścianki probówek muszą umożliwiać ocenę pobranego materiału, zarówno po pobraniu jak i po odwirowaniu pobranego materiału.

Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu. Korek dwuczęściowy, zewnętrzna część musi być zsuwana, a nie odkręcana.

W zależności od przeznaczenia probówki powinny różnić się barwą korka i być oznakowane odpowiednią etykietą. Kolor korków powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.

Etykieta na probówce powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, numer katalogowy, termin ważności, oznakowanie sterylności, znak CE, numer serii, symbol sprzętu jednorazowego.

Jedno wklucie powinno umożliwić pobranie krwi do kilku probówek w zależności od potrzeb.

Igła systemowa musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi przy zmianie probówek

Termin ważności poszczególnych elementów systemu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Probówki do badań wirusologicznych technikami biologii molekularnej posiadają opinię z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub innego ośrodka naukowo badawczego niezależnego od producenta w Polsce lub zagranicą potwierdzającą, że ich użycie zapewni stabilność materiału genetycznego wirusów przez okres 5 dni od momentu pobrania.

Wykonawca zobowiązuje się do zmiany rodzaju probówek jak i ich ilości w przypadku, gdy zostaną zmienione przepisy pobierania krwi w polskim krwiodawstwie. O tym fakcie Zamawiający

poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na system składają się następujące elementy, w podanych ilościach - ustalonych na podstawie średniorocznej liczby donacji oraz rodzaju wykonywanych badań:

L.p	Nazwa elementu systemu	Cena jednostkowa	Ilość (w sztukach)	Wartość
1.	Probówki do biologii molekularnej z K2EDTA z żelem separującym 4,0-5,0 ml, śr. 13 mm x 100 mm		30 000	
2.	Probówki do biologii molekularnej z K2EDTA z żelem separującym 8,0-9,0 ml, śr. 16 mm x 100 mm		30 000	
3.	Probówki do pozyskania surowicy z żelem separującym 8,0-9,0 ml, śr. 16 mm x 100 mm		30 000	
4.	Probówki do badań serologicznych K2EDTA 4,0-5,0 ml, śr. 13 mm x 75 mm		15 000	
5.	Probówki do badań morfologicznych K2EDTA 2,0-3,0 ml, śr. 13 mm x 75 mm		15 000	
6.	Probówki do badań HLA z K2EDTA 9,0-10,0 ml, śr. 16 mm x 100 mm		100	
7.	Igła systemowa \varnothing 0,8 mm z osłoną /lub innym systemem zabezpieczającym/		10000	
8.	Uchwyt jednorazowego użytku		10 000	
	X	x	x	Łącznie:

UWAGA: cenę systemu (wartość zamówienia) stanowić będzie łączna wartość wszystkich elementów systemu; faktyczne ilości zamawianych elementów systemu uzależnione będą od faktycznej ilości donacji oraz rodzaju niezbędnych do wykonania badań

Oferowany system powinien współpracować bezawaryjnie z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą, taką jak:

- analizator hematologiczny,
- linia automatyczna Diahem – TwinStation
- analizator immunodiagnostyczny VITROS 3600
- zestawy do separacji preparatów komórkowych do separatorów firmy Baxter i Comesa,
- stacja pipetująca do badań z zakresu biologii molekularnej
- pojemniki do pobierania i preparatyki krwi Fresenius

Zamawiający zastrzega sobie prawo kształtowania wielkości poszczególnych partii dostaw w zależności od liczby dawców. Wielkości te każdorazowo będą uzgadniane telefonicznie.

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: **Nie**

Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: **Nie**

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: **Nie**

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba RCKiK w Wałbrzychu

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania od oferentów

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymagania art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	Spełnianie wymogów art 22 ustawy Prawo zamówień publicznych	Wg oświadczenia Wykonawcy
2.	Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych	Wg oświadczenia Wykonawcy

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:30 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego (Wałbrzych, ul. Chrobrego 31).

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Małgorzata Rymkiewicz-Kwiatkowska

Telefon: (074) 664-63-14,18 fax (074) 842-59-16

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.

Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

I.p.	Nazwa (rodzaj) dokumentu	Liczba
1.	Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ	1
2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych	1
3.	Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile dotyczy)	1
4.	Wypełniony na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ	1

Sposób składania ofert

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Prawie zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym lub wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania.
- W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji lub uzupełnienia oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego (58-300 Wałbrzych ul. Chrobrego 31) w **Sekretariacie** w terminie do dnia **4 czerwca 2012 roku** do godziny **10:00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego (Gabinet Dyrektora RCKiK) w dniu **4 czerwca 2012 roku** o godz. **10:00**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę systemu (obejmującego elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia - tabela) łącznie z podatkiem VAT w ujęciu procentowym i kwotowym. Podana w ofercie cena łącznie z podatkiem VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ważna i nie podlega zmianom w okresie trwania umowy, poza - niezależnymi od Dostawcy - zmianami stawki podatku VAT. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty (w tym koszty dostawy), z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
- 2) Cena musi być podana w **złotyach polskich** cyfrowo i słownie.

Ocena ofert

- 1) Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena - maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe - proporcjonalnie mniej	100%

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków zgodnie z wzorem umowy – załącznik nr 3 do SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wykonawcom którzy mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia oraz przyjęty tryb postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.


Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Z A T W I E R D Z A M:

Leszek Radojewski
Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu


.....
(podpis)

data zatwierdzenia: 18.05.2012