

L.dz. 2552/DZL/LZ/05/12

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 24 maja 2012 r. wpłynęły zapytania jednego z wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

“(...) 1. Zamawiający w pozycji nr 7 oczekuje igły z zabezpieczeniem lub innym systemem zabezpieczeń. Czy Zamawiający w związku z tym w pozycji 8 dopuści rozwiązanie równoważne w postaci uchwytu z zabezpieczeniem? W momencie przygotowywania zestawu do wklucia, igłę systemową (poz. 7) wkręcamy w uchwyt (poz. 8) co stanowi komplet. Nie ma w tym momencie znaczenia czy osłonka będzie umieszczona na uchwycie czy na igle a zabezpieczenie spełnia swoją funkcję.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w rubrykach „cena jednostkowa” i „wartość” podanych we wzorze formularza cenowego wykonawcy mają wpisać odpowiednio cenę jednostkową i wartość netto czy brutto?”

W nawiązaniu do treści przytoczonych pytań informujemy:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza proponowane w pytaniu rozwiązanie w postaci zastosowania igły systemowej wkręcanej w uchwyt z zabezpieczeniem.

Ad.2. Tabela zamieszczona w SIWZ w części „Przedmiot zamówienia” służy określeniu, jakie elementy i w jakich ilościach składają się na zamawiany system i ma jedynie charakter pomocniczy dla prawidłowego obliczenia ceny przez Wykonawców. Zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczonymi w części „Zawartość oferty”, obligatoryjnym elementem składanej oferty ma być wypełniony formularz oferty, którego wzór określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Oczywiście jest zatem, że Wykonawcy muszą podać cenę całego systemu łącznie z podatkiem VAT – tak, jak określono to we wzorze oferty. W tej sytuacji zupełnie drugorzędne znaczenie ma fakt, czy Wykonawca wpisze do tabeli ceny jednostkowe i wartości netto czy brutto, bowiem do oceny i porównania ofert będzie brana jedynie cena całego systemu podana w formularzu oferty.

Z-ca DYREKTORA
ds. leczenia
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Lek. med. Piotr Poniński