

Sdz RCKiK 1022/22/3163/18

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/17/2018 pn.: „Dostawa 2 sztuk wirówek laboratoryjnych do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 21 sierpnia 2018 r. wpłynęło pismo zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. ad. pkt. 15 i 21 załącznika nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wirówki z rotorem osłoniętym zapewniającym zmniejszone nagrzewanie produktów w czasie wirowania przy jednoczesnym zapewnieniu dzięki zaawansowanemu systemowi pomiaru i regulacji temperatury utrzymanie właściwej temperatury produktu co potwierdzają pozytywne wyniki walidacji urządzeń i posiadana certyfikacja medyczna?

Rozwiązanie to w istotny sposób ogranicza również zagrożenie uszkodzeniem drenów i wynikające z tego wycieki krwi. Ewentualne czyszczenie wnętrza osłony nie wymaga demontażu przez personel przy użyciu narzędzi jakichkolwiek elementów.

Dodatkowo, zastosowanie rotora osłoniętego w istotny sposób obniża poziom poboru mocy i hałasu generowanego przez wirówkę poprawiając ekonomię i komfort eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuści wirówki z rotorem osłoniętym pod warunkiem, że takie rozwiązanie zapewni prawidłowe wskazania temperatury w trakcie wirowania.

2. ad. pkt. 19 i 23 załącznika nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zestaw wirówek z komputerem i połączeniami poprzez gniazda LAN, generujący rejestrację procesu wirowania w pliku CSV zawierającym wszystkie dane wymagane przez system teleinformatyczny obowiązujący w RCKiK Wałbrzych z zapewnieniem transferu tych danych do serwera „KRDK” RCKiK Wałbrzych?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w SIWZ, a podłączenie i transfer danych do systemu Pracownie RCKiK – KRDK, potwierdzone i zatwierdzone przez użytkownika, nastąpi w ciągu 5 dni od dnia dostarczenia wirówek.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

Leszek Radziejewski

