

L.dz. RCKiK/027/27/335/19

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/02/2019 pn.: „Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „Aplikacja Pracownie RCKiK - KRDK” w okresie 36 m-cy”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 21 i 22 stycznia 2019 r. wpłynęły pisma Wykonawców zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

1) §3 ust. 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z fakturą”.

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) §7 ust. 1 pkt 2):

Prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy również o modyfikację Załącznika nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), tabela 1, pkt 6.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy oraz Załącznik nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), tabela 1, pkt 6:

„krew kontrolna – termin przydatności nie krótszy niż miesiące, od dnia dostarczenia danej partii do siedziby Odbiorcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

3) §7 ust. 3 oraz §7 ust.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy również o modyfikację Załącznika nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), tabela 1, pkt 21 oraz pkt 22.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia:

- zapis §7 ust. 3 wzoru umowy oraz Załącznik nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), tabela 1, pkt 21 oraz pkt 22:

„W przypadku stwierdzenia usterek w pracy analizatora Dostawca zobowiązany jest do jego naprawy w miejscu instalacji w terminie do 48 godzin od ich zgłoszenia przez Odbiorcę telefonicznie następnie faksem lub e-mailem w dni robocze”.

- zapis §7 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia wad lub niewłaściwej ilości odczynników Dostawca zobowiązuje się do ich wymiany lub uzupełnienia na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia tego faktu przez Odbiorcę”.

4) §9 ust. 1 pkt 1):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisów:

„za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paralizującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

5) §9 ust. 1 pkt 4):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od łącznej wartości umowy brutto.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia zapis §9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 pkt 1”.

6) §9 ust. 3:

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia: „odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę w postaci zapisu: „od należności nie zapłaconych w terminie ustalonych przez strony, Dostawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych zgodnie z Kodeksem cywilnym”.

7) Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie wyjaśnia, że posługuje się na aparatach wyłącznie kodami donacji, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

8) Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie Formularza cenowego w postaci tabeli (w załączeniu)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie formularza asortymentowo-cenowego w postaci tabeli, ale wymagane jest wskazanie jaka ilość oraz rodzaj odczynników jest niezbędna zdaniem Dostawcy do wykonania 46.500 badań.

9) Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ, pkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora o roku produkcji 2015, który rozpoczął pracę w roku 2016 (pierwsza instalacja w maju 2016)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

10) Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ Wzór Umowy, §1 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dostarczył krew kontrolną do kontroli morfologii krwi obwodowej w ilości uwzględniającej datę ważności fiolki podaną na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi, bowiem §1 ust. 5 wzoru umowy nie zawiera wskazanych zapisów.

11) Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora o wydajności 43 oznaczenia/h w trybie automatycznym i manualnym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

12) Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora, w którym zakres liniowości pomiaru PLT w osoczu bogatopłytkowym wynosi od 0 do 4000tyś/ul, a w krwi pełnej od 0 do 2500tyś/ul?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

13) *Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym parametry krwi kontrolnej są wprowadzane do analizatora manualnie ?*


Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

14) *Czy Zamawiający dopuści liniowość PLT 0 – 3 x 10⁶/ul ?*

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

- 15) *Proszę o informację do jakiej sieci laboratoryjnej ma być wpięty analizator?*
Odpowiedź Zamawiającego: „Aplikacja Pracownie RCKiK - KRDK”.
- 16) *Proszę o informację w jakim systemie zamkniętym pracuje laboratorium?*
Odpowiedź Zamawiającego: **Vacuette-Greiner Bio-One GmbH.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Luona Głód

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-500 WAŁBRZYCH