

Pod RCKiK 022/22/1306/19

dot. zapytania ofertowego na zadanie ZP/06/2019 pn.:

1. **Dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w ilości nie mniejszej niż 10 pojemników płytkowych o pojemności 1000 ml składającego się z :**
 - **inkubatora utrzymującego żądaną temperaturę podczas przechowywania preparatów płytkowych,**
 - **wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi.**
2. **Dostawa wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi mieszczącej nie mniej niż 32 pojemniki płytkowe (KKP) o pojemności 1000ml.**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 3 kwietnia 2019 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Przystaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. **Czy wymagają Państwo, aby wytrząsarki opisane w punkcie I i II opisu przedmiotu zamówienia posiadały dodatkowo alarm dotyczący awarii urządzenia, np. zatrzymania?**

Odpowiedź Zamawiającego: **Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

2. **Czy dopuszczą Państwo inkubator z drzwiami otwieranymi w sposób tradycyjny, na zewnątrz urządzenia?**

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

3. **Czy wyrażą Państwo zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od podpisania umowy?**

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.**

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Radojewski

