

Wałbrzych, 28 maja 2019 r.

Ld2. RCKiK 22/22/1986/19

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/08/2019 pn.: „Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.600 sztuk w okresie 12 miesięcy”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 27 maja 2019 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

- 1) Czy Zamawiający dopuści zestawy z filtrem w twardej obudowie? Taka konstrukcja filtra umożliwia również bezpieczne wirowanie, a także separację (filtrację) preparatu na używanych przez Zamawiającego prasach Compomat G4/G5. Zestawy te są z powodzeniem używane w innych centrach krwiodawstwa przy użyciu tych samych pras np. w RCKiK w Bydgoszczy, RCKiK w Lublinie, RCKiK Katowicach, RCKiK Raciborzu.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- 2) Czy Zamawiający dopuści zestawy z pojemnikiem odbiorczym „oddychającym” o pojemności nominalnej 1800 ml oraz o wymiarach wewnętrznych pojemnika (bez zgrzewu) szerokość: 16,5 cm, długość: 22 cm (wewnętrzne 17,5 cm oraz 28,5cm wraz ze zgrzewem i portami), przeznaczonym do przechowywania standardowej jednostki UKKP?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Głód

