

PKK/D22/22/499/2020

Dot. postępowania ZP/04/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1834) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 27 stycznia 2020 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. *Czy Zamawiający potwierdza, że tylko odczynniki zakwalifikowane przez producenta do wykazu A i B muszą posiadać certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz Dyrektywa 98/79/WE*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający **podtrzymuje** zapisy określone w załączniku nr 4.2. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - warunki dodatkowe” tiret drugi.

2. *Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o braku wymagalności dla oferowanych odczynników kart charakterystyki substancji niebezpiecznych?*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający **wymaga** kart charakterystyki dla wszystkich odczynników.

3. *Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w pozycjach od 7 do 11 inne klonny odczynników?*

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE.** Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SIWZ.

4. *Czy w pozycji nr 1 można zaoferować klon Anti-A 9113D10 ?*

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE.** Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SIWZ.

5. *Czy w pozycji nr 3 można zaoferować klon Anti-B 9621A8 ?*

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE.** Zamawiający **podtrzymuje** zapisy SIWZ.

6. Czy w pozycji nr 5 można zaoferować odczynnik anty-D IgG/IgM Blend?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

7. Czy odczynniki od pozycji nr 1 do 6 mają zawierać w instrukcji metodę szkiełkowa i probówkową a pozostałe metodę probówkową zgodnie z zaleceniami IHiT?

Odpowiedź Zamawiającego: **Zamawiający wymaga aktualnych instrukcji producenta w języku polskim dla wszystkich odczynników.**

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Radojewski