

RCKiK/D22/22/1324/2020

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/05/2020 pn.: „Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz dzierżawą urządzeń niezbędnych do automatycznych metod służących do zwolnienia 58 000 donacji w okresie 24 miesięcy oraz podłączeniem urządzeń (aparatury badawczej) do systemu komputerowego Zamawiającego”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 25 marca 2020 r. wpłynęło pismo zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 - Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ I pkt 4.

Czy w przypadku zaoferowania dwóch urządzeń pozwalających na wykonanie co najmniej 170 donacji (badań seryjnych, pojedynczych) w czasie nie dłuższym niż 6 godzin łącznie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym rolę „CITO” pełnić będzie trzeci identyczny aparat, a wynik próbki „CITO” zostanie osiągnięty w czasie do 175 minut?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2 - Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ I pkt 5.

Prosimy o doprecyzowanie, iż wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie minimum dwóch aparatów, podstawowego nie starszego niż 2016 i urządzenia back-up nie starszego niż 2014.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie minimum dwóch aparatów, podstawowego nie starszego niż 2016 i urządzenia back-up nie starszego niż 2014.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Redziejewski

