

Wałbrzych, 12 stycznia 2021 r.

RCKiK/DZZ/zx/96/2021

Dot. postępowania ZP/14/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i instalacja separatora komórkowego do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym”- dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolечnictwa w Wałbrzychu

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1834) w związku z art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolечnictwa w Wałbrzychu informuje, że 8 stycznia 2021 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

- 1) **§4 ust. 3 wzoru umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu naprawy do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz dodanie stosownego zapisu w umowie?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikując zapis §4 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku stwierdzenia usterek w pracy urządzenia Dostawca zobowiązany jest do jego naprawy w miejscu instalacji w terminie do pięciu dni roboczych od ich zgłoszenia przez Odbiorcę telefonicznie lub na wskazany adres e-mail:..... , za wyjątkiem sytuacji oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych spoza kraju i wówczas czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia“.

- 2) **§4 ust. 4 wzoru umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 wzoru umowy na następujące brzmienie: „4. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy we wskazanym terminie lub miejscu, Dostawca na żądanie Odbiorcy zapewni urządzenie zastępcze w terminie do 5 dni roboczych na czas trwania naprawy.”

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- 3) **§4 ust. 5 wzoru umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: "Ponadto w całym okresie gwarancji Dostawca jest uprawniony, wedle swego wyboru, do wymiany, na swój koszt, Urządzenia na inne wolne od wad, w szczególności jeżeli naprawa Urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów"?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

- 4) §5 ust. 1b wzoru umowy – Czy Zamawiający może potwierdzić, iż w przypadku dostarczenia przez Dostawcę urządzenia zastępczego, nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie w naprawie?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK. Zamawiający potwierdza, pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie do pięciu dni roboczych na czas trwania naprawy.**

- 5) §6 ust. 3 wzoru umowy - Czy wskazane postanowienie dotyczy ochrony danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu i realizacji umowy (są to jedyne dane, które Zamawiający udostępni nam w wykonaniu umowy).

Odpowiedź Zamawiającego: **Zamawiający usuwa zapis §6 ust. 3 wzoru umowy.**

- 6) §6 ust. 3 wzoru umowy - w przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o wskazanie, jakich danych osobowych dotyczy to postanowienie (kategorie osób i rodzaje danych ich dotyczących).

- 7) **Dotyczy pkt. 3.2) i 3.3) Przedmiotu zamówienia w SIWZ**  
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego jeżeli w ramach punktu 3.2) i 3.3) wykonawca przedłoży instrukcję obsługi w języku polskim (podręcznik użytkownika/operatora) zawierającą zdjęcia produktu oraz specyfikację techniczną?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK.**

**DYREKTOR**  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

*Elżbieta Kierzek*  
Elżbieta Kierzek