

Wałbrzych, 13 stycznia 2021 r.

RCKiK/DZZ/ZZ/120/2021

Dot. postępowania ZP/13/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa pojemników potrójnych góra - dół z tworzywa sztucznego do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1834) w związku z art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 11 stycznia 2021 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

1. *Dot. ad. 6.2 - Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania opisu przedmiotu zamówienia, zestaw pojemników w których dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem na FFP ma długość min 56-64cm?*

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. *Dot. ad. 6.3 - Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy w których dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem odbiorczym na KKCz z RW ma długość min. 41cm? Taka długość drenu zapewnia prawidłową pracę pras w trakcie rozdziału.*

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek