

Wałbrzych, 12 lutego 2021 r.

Regionale Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 WAŁBRZYCH

Dot. postępowania ZP/01/2021 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Dostawa zgrzewarek do drenów PCV dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”.

Regionale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że dnia 12 lutego 2021 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Dotyczy zadania nr 1

1. *Dot. punktu f - Czy Zamawiający zgodzi się aby średnica zgrzewanych drenów wynosiła maksymalnie 5,9 mm bez konieczności regulacji urządzenia? Zakres ten dostosowany jest do średnicy drenów powszechnie używanych w RCKIK i daje gwarancje otrzymania prawidłowego zgrzewu.*

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek

