

RCKiK/DAG/Zz/2402/2021

Wałbrzych, 20 lipca 2021 r.

dot. postępowania na zadanie ZP/09/2021 pn.: „Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszką płytkowo - leukocytarnego w ilości 1400 sztuk w okresie 12 miesięcy”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019, z późn. zm.) Regionálne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecnicztwa w Wałbrzychu informuje, że 19 lipca 2021 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści zestawy z filtrem w twardej obudowie? Konstrukcja filtra umożliwia bezpieczne wirowanie, a także separację (filtrację) na używanych przez Zamawiającego prasach automatycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**


2. Czy Zamawiający dopuści zestawy z pojemnikiem odbiorczym „oddychającym” o pojemności 1800 ml. ?

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

3. Czy Zamawiający dopuści zestawy, które posiadają etykiety na pojemniku odbiorczym „oddychającym” oraz pojemniczku na próbki, bez etykiety na pojemniku zlewczym (do podłączania/zlewania kożuszków leukocytarno-płytkowych)? Pojemnik zlewczy jest pojemnikiem pośrednim, który po procesie preparatyki zostaje zutylicowany. Natomiast składnik końcowy jest przechowywany w pojemniku odbiorczym, który posiada etykietę spełniającą obowiązujące wymagania.

Oferowane przez nas zestawy są z powodzeniem używane od lat i obecnie w RCKiK w Bydgoszczy, RCKiK w Lublinie oraz RCKiK w Olsztynie.

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecnicztwa w Wałbrzychu

Elżbieta Kierzek