

Wałbrzych, 28 grudnia 2021 r.

RCKiK/DAG/zz/4332/2021

dot. postępowania na zadanie ZP/23/2021 pn.: „Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.1129, z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że dnia 4 listopada 2021 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o mniejszej podstawie, ale wyższe tzn. o wymiarach 1910x1080x830 (wysokość/szerokość/ głębokość) i wadze 600kg?


Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie dla którego maksymalny poziom hałasu to 73dB?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu instalacji do 100 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Elżbieta Kierzek