

RCKiK | DAG/zP | 1104 | 2022

Wałbrzych, 22 marca 2022 r.

dot. postępowania na zadanie ZP/05/2022 pn.: "Dostawa probówek, sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych w okresie 24 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu"

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.1129, z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że dnia 17, 18 i 21 marca 2022 r. wpłynęły pisma Wykonawców zawierające pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. *Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 3 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?*

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. *Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania całej puli nakłuwaczy z jednym numerem seryjnym? Takie rozwiązanie ogranicza termin przydatności wyrobu medycznego.*

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

*Dot. zadania II*

3. *Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie probówek o wymiarach 12x75 mm.*

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

4. *Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie probówek stożkowych spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.*

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. *Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie probówek z PS o poj. użytkowej 4 ml, sterylnych z korkiem.*

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. *Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?*

*Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem*

kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki czy, końcówki czy szkiełka)".

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

*Dot. Projekt umowy zał. nr 3*

7. *Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 ust. 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto” Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

8. *Z uwagi na czas trwania umowy – 24 miesiące – prosimy o zamieszczenie w umowie zapisu wynikającego z art. 436 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publiczny:  
„Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.*

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ. Tym samym zmianie ulega §8 pkt. 4 umowy i otrzymuje brzmienie:**


**„Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:**

- a) **stawki podatku od towarów i usług,**
- b) **wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,**
- c) **zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,**
- d) **zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych**  
**- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.**

9. *Czy Zamawiający może doprecyzować, czy zapis: „Igła do pobierania krwi żyłnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale*

z uchwytem (zestaw sterylny)” ma na myśli, że zestaw jest nierozkręcalny zarówno przed jak i po użyciu?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający potwierdza, że zestaw ma być nierozkręcalny zarówno przed jak i po użyciu.**

DYREKTOR  
nego Centrum Krewodawstwa  
Spoleczności w Uborzyczu  
  
Szubieta Kierzek

