

RCKiK|DAG|ZP|1109|2022

Wałbrzych, 22 marca 2022 r.

dot. postępowania na zadanie ZP/05/2022 pn.: "Dostawa próbek, sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych w okresie 24 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu"

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.1129, z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że dnia 22 marca 2022 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Dot. zadania 3, poz. 1

1. *Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z igłą wykonaną ze stali nierdzewnej w rozmiarze 23G i głębokości nakłucia 1,8 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.*

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę

2. *Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny do pobierania krwi kapilarnej o obudowie w kształcie ołówkowym lub zbliżonym? Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylne przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylne do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz kontaktowy. Typ ostrza IGŁA 21G (0,8mm), głębokość nakłucia 1,8mm.*

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało kształt litery „T”.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Elżbieta Kierzek