

dot. postępowania na zadanie ZP06/2022 pn.: "Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żyłnej wraz z korkami w okresie 24 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu"

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.1129, z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że dnia 31 marca 2022 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. *Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).*

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

2. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany kursu euro jeżeli kurs będzie odbiegał o 10% od kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro z dnia zawarcia umowy w wysokości.....)*
Dotyczy SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie zamawianych probówek poz. 7 oraz wymagania pkt. 4 i 5

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania równoważnego w postaci uchwytu z zabezpieczeniem przeciwwakcynowym, do którego przymocowana jest fabrycznie igła?*
Przymocowanie zabezpieczenia na uchwycie oraz fabryczne połączenie go z igłą tworzy sterylny zestaw pakowany pojedynczo w blistrach przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wędrzychu
ul. Bolesława Chrobrego 31
28-300 Wędrzychy
- Dotyczy wymagań do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 18.
4. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą, aby dla zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów zmienił wymóg udokumentowania stabilności materiału genetycznego w próbkach przez producenta na wymóg złożenia opinii niezależnego ośrodka referencyjnego jak np. IHIT potwierdzającej ww. stabilność na min 5 dni. Zmiana wymogu pozwoli Zamawiającemu mieć pewność, iż otrzyma próbki, których jakość została zweryfikowana.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Instrukcji dla Wykonawców pkt XV - ocena techniczna, parametry oceniany pkt.2

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie i równoważne punktowanie próbek z EDTA K2 z żelem separującym do badań wirusologicznych metodami biologii molekularnej z etykietą przezroczystą oraz z etykietą papierową. Proponowane przez nas próbki z etykietami papierowymi są zgodne normą ISO 6710

Uzasadnienie: Zarówno w przypadku próbek z etykietami przezroczystymi jak i etykietami papierowymi są one umieszczone na próbkach w taki sposób, że pozostaje wolna przestrzeń wzdłuż próbki, co umożliwia ocenę wizualną jakości materiału poddawanego analizie. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż sam Zamawiający każdorazowo na każdą próbkę nakleja dodatkową papierową, a nie przezroczystą etykietę z informacjami dotyczącymi pacjenta/dawcy, od którego została pobrana krew w postaci kodu paskowego, co powoduje że ocena wizualna jakości odwirowanego materiału w tym miejscu tj przez etykietę z kodem jest niemożliwa. Reasumując niezależnie od zastosowanej przez producenta etykiety (papierowej czy przezroczystej) po pobraniu próbki i tak zostanie oklejona przez Zamawiającego dodatkową papierową etykietą, a wizualnej kontroli dokonuje się po odwirowaniu próbki, czyli kiedy posiada już naklejony papierowy kod kreskowy nadany przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Instrukcji dla Wykonawców pkt XV - ocena techniczna, parametry oceniany pkt.1

6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie i równoważne punktowanie okienka wizualizacyjnego poniżej 5 mm.
Celem okienka jest dostrzeżenie w nim krwi, w okienku mniejszym niż 5 mm pojawia się także krew, a co za tym idzie osoba pobierająca widzi w sposób tak samo wyraźny krew.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wędrzychu

Elżbieta Kierzek