

RCKiK/DAG/5200/2022

Wałbrzych, 07 grudnia 2022 r.

dot. postępowania na zadanie ZP/28/2022 pn.: "Zakup i dostawa 20 szt. fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu."

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710, z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. wpłynęło (pocztą elektroniczną) pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Dotyczy SWZ Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający wymaga w ust. 32 aby Wykonawca na swój koszt zapewnił obsługę transmisji danych z urządzeń do obecnego systemu komputerowego „KRDK – Pracownie RCKiK” oraz do wdrażanego systemu „e-Krew”. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zrezygnuje z powyższego wymogu w przypadku spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności przedmiotu zamówienia z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego wagomieszarkami CompoGuard w zakresie oprogramowania DonationMaster NET oraz transmisji danych do systemu komputerowego „KRDK – Pracownie RCKiK”, a także wdrażanego systemu „e-Krew”. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zgodzi się na podłączenie zaoferowanych wagomieszarek pod obecnie działający system, tym samym rezygnując z konieczności uruchomienia przez Wykonawcę nowej transmisji danych, co wiąże się z zainstalowaniem dodatkowego sprzętu dla każdej lokalizacji (nowego zestawu komputerowego, modułu transmisji bezprzewodowej itp.).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza rezygnację z powyższego wymogu, jeśli Wykonawca spełni wymagania dotyczące kompatybilności przedmiotu zamówienia z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego wagomieszarkami CompoGuard w zakresie oprogramowania DonationMaster NET oraz transmisji danych do systemu komputerowego „KRDK – Pracownie RCKiK”, a także wdrażanego systemu „e-Krew”.

Zamawiający ponadto wyraża zgodę na podłączenie zaoferowanych wagomieszarek pod obecnie działający system.

2. Zamawiający wymaga w ust. 40 kalibracji wagi w urządzeniach na dwóch poziomach przy corocznej walidacji. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ma na myśli coroczną kwalifikację wagi wykonaną przy użyciu dwóch wzorców masy (200g i 500g) i przeprowadzenie kalibracji w przypadku, gdy odczyt wartości zadanej jest nieprawidłowy. Powyższe rozwiązanie jest z

powodzeniem stosowane w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że coroczna kwalifikacja wagi ma być wykonana przy użyciu dwóch wzorców masy (200g i 500g), a kalibracja przeprowadzona w przypadku, gdy odczyt wartości zadanej jest nieprawidłowy..

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek