

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZP/24/2023

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzenia do suchego rozmrażania osocza dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - 1 sztuka

L.p.	Parametry wymagane
1	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie starszy niż 2022, ze znakiem CE
2	Proces rozmrażania odbywa się na sucho, bez kontaktu pojemnika z osoczem z wodą
3	Możliwość rozmrożenia do 6 jednostek osocza podczas jednego cyklu rozmrażania, z możliwością rozmrażania pojedynczych pojemników
4	Możliwość monitorowania temperatury podczas procesu rozmrażania
5	Urządzenie z funkcją delikatnego mieszania w celu uzyskania jednolitego rozkładu temperatury wewnątrz pojemników z rozmrażanymi składnikami
6	Stabilizowanie temperatury na poziomie 37°C przy stałej temperaturze otoczenia
7	System alarmów świetlnych i dźwiękowych
8	Możliwość dokumentowania przebiegu procesu rozmrażania - drukowanie protokołów
9	Urządzenie podłączone do sieci za pomocą UPS, zapewniające dokończenie procesu rozmrażania w przypadku braku zasilania
10	Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty instalacji. Karta gwarancyjna powinna zawierać szczegółowy opis gwarancji i wynikające z niej przywileje użytkownika
11	W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne przeglądy techniczne (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) wraz z wymianą zalecanych podzespołów, aktualizacje oprogramowania, naprawy (wymiana każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego urządzenia, które uległy uszkodzeniu) oraz kwalifikację operacyjną po dokonaniu każdej naprawy oraz przeglądu technicznego
12	Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z niezbędnym osprzętem i dokumentacją do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, zobowiązuje się do wykonania kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej
13	Wykonawca przeszkoli personel z obsługi i użytkowania urządzenia – potwierdzone zaświadczeniem
14	Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz konserwacji w języku polskim