



sekretariat: +48 74 6646319  
fax: +48 74 8425916  
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/2147/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024

ZP/05/2024

Wałbrzych, 07.05.2024r.

**Wykonawcy  
zainteresowani zamówieniem**

### Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

**Nazwa postępowania:** „Dostawa odczynników diagnostycznych do badań immunohematologicznych wykonywanych metodą manualną; techniką mikrokolumnową żelową z użyciem posiadanej linii ID-System (2 wirówki ID-Centrifuge 24 S, 1 inkubator ID-Incubator i 4 pipety automatyczne ID-Pipetor), krwinek wzorcowych, zestawów do codziennej kontroli jakości badań przez okres 12 miesięcy.”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, w związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym, Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. od 6 do 10 formularza cenowego (opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w kolumnie „Liczba badań [12 m-cy]” Zamawiający dla produktów krwinkowych ma na myśli 1 zestaw na dostawę czyli łącznie 13 zestawów na wymagany okres 12 miesięcy?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający potwierdza, że w poz. od 6 do 10 formularza cenowego (opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w kolumnie „Liczba badań [12 m-cy]” Zamawiający dla produktów krwinkowych ma na myśli 1 zestaw na dostawę czyli łącznie 13 zestawów na wymagany okres 12 miesięcy**

#### Pytanie 2

Czy w związku z wycofaniem z produkcji dostarczanych uprzednio nakłuwaczy, Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania nakłuwaczy do drenów i tym samym wykreśli poz. 14 formularza cenowego (opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku braku zgody na wykreślenie nakłuwaczy do drenów z poz. 14 formularza cenowego (opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), Zamawiający zezwala na zaoferowanie jednorazowych nakłuwaczy, które umieszcza się w próbówce - typu Tube segment opener produkcji Sarstedt przeznaczone do próbek do o  $\phi$  wewnętrznej 10 mm?



sekretariat: +48 74 6646319  
fax: +48 74 8425916  
ekspedycja krwi: +48 74 6646310; 311; 315  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/2147/2024

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
58-300 WAŁBRZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednorazowych nakłuwaczy, które umieszcza się w probówce - typu Tube segment opener produkcji Sarstedt przeznaczone do probówek do o  $\phi$  wewnętrznej 10 mm?*