

ZP/15/2024

RCKiK/DAG/ZP/3868/2024

Wałbrzych, 05.09.2024 r.

**Zamawiający:**

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa**

**i Krwiolecznictwa**

**ul. B. Chrobrego 31**

**58-300 Wałbrzych**

**Wykonawcy**

### **Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Nazwa postępowania:** *Dostawa odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych wykonywanych metodą manualną; technika próbówkową przez okres 12 m-cy” – II postępowanie, nr postępowania: ZP/15/2024*

**Tryb postępowania:** *zapytanie ofertowe*

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, w przewidzianym w zapytaniu ofertowym terminie, poniżej udostępnia się jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią.

#### **Pytanie**

Dot. wymagania rozdział IV pkt 7)

*„Certyfikat CE oraz deklarację zgodności zgodnie z wymaganiami wspólnoty europejskiej dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746)(...)”.*

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy odczynników z pozycji od 1 do 7 oraz pozycji 9, a dla pozostałych czyli pozycji numer: 8,10,11,12,13 należy załączyć deklaracje zgodności producenta?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną nie dotyczy poz. 8,10,11,12,13.**