



sekretariat: +48 74 664 63 19  
fax: +48 74 842 59 16  
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/956/2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

ZP/01/2026

Wałbrzych, 02.03.2026 r.

**Zamawiający:**

Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
ul. B. Chrobrego 31  
58-300 Wałbrzych

**Do zainteresowanych  
wykonawców**

**Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego**

**Nazwa postępowania:** „Dostawa jednorazowych zestawów do redukcji patogenów w jednostkach osocza oraz w jednostkach ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą urządzenia w okresie 12 miesięcy”

**Tryb postępowania:** zapytanie ofertowe, zamówienie o wartości poniżej 170 000,00 zł.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1**

§ 1 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w ten sposób, że Zamawiający ma możliwość zmniejszenia zakresu zamawianych zestawów do 50% (zamiast 10%) wartości umowy w tym zakresie?

Zamawiający wymaga od wykonawcy do pozostawania w dyspozycji w dostawie zestawów pod rygorem naliczania kar umownych określonych w umowie. Określenie gwarantowanego poziomu zakupów na zaledwie 10% zakłóca równowagę kontraktową stron. Celem jej zrównoważenia konieczne jest podwyższenie gwarantowanego przez Zamawiającego poziomu zakupów do 50%.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zakres zamówienia, w odniesieniu do zamawianych zestawów, może być zmniejszony maksymalnie o 10% wartości umowy, zatem gwarantowany zakres zamówienia to 90% wartości umowy – dotyczy zestawów.**

**W związku z zaistniałą wątpliwością interpretacyjną Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:**

**„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, tj. zamawianych**



sekretariat: +48 74 664 63 19  
fax: +48 74 842 59 16  
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/956/2026

Regionalne Centrum Krwiowadstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

**zestawów do inaktywacji maksymalnie o 10% wartości umowy w tym zakresie , zaś Wykonawca okoliczność powyższą akceptuje."**

#### Pytanie 2

§ 2 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, jeżeli dostarczone zostanie urządzenie tego samego typu co urządzenia już posiadane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**W przywołanym przypadku Zamawiający może odstąpić z wymagania przeszkolenia personelu Zamawiającego.**

#### Pytanie 3

§ 3 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin dostawy zestawów był liczony w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Zwracamy uwagę, że Zamawiający dopuszcza realizację dostaw w dniach od wtorku do piątku, a w poniedziałek tylko po uprzednim uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. Z tego względu termin dostawy również powinien być liczony w dniach roboczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dostawy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.**

**W związku z powyższym § 3 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:**

**„1. Dostawy zestawów odbywać się będą zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami przekazywanymi na adres e-mail Wykonawcy: .....@..... w terminie do 10 dni roboczych od dnia przesłania na wskazany adres e-mail zamówienia.”**

#### Pytanie 4

§ 3 ust. 1 projektu umowy

Wnosimy o określenie orientacyjnego harmonogramu dostaw zestawów w poszczególnych miesiącach obowiązywania umowy. Harmonogram nie będzie wiążący dla Zamawiającego, ale ułatwi wykonawcy przygotowanie dostaw.

**Odpowiedź:**

**Terminy zamawianych zestawów, w trakcie realizacji trwającej umowy przedstawiając się następująco:**



sekretariat: +48 74 664 63 19  
fax: +48 74 842 59 16  
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/956/2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

Data zamówienia	zamówiona ilość
18.09.2024	100
30.10.2024	200
07.03.2025	200
16.04.2025	200
26.08.2025	100
25.02.2026	200

**Zamawiający zastrzega, że czasookresy pomiędzy poszczególnymi zamówieniami, wskazanymi powyżej, oraz zamawiane dotychczas ilości nie będą w żaden sposób wiążące dla Zamawiającego.**

#### Pytanie 5

§ 3 ust. 3 projektu umowy

Jaką liczbę zestawów poszczególnych rodzajów ma dostarczyć wykonawca wraz z urządzeniem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rezygnuje z zapisów § 3 ust. 3, w związku z czym obecny ust. 4 staje się ust. 3 a ust. 5 ust. 4.**

#### Pytanie 6

§ 5 ust. 3 i § 10 ust. 4 projektu umowy

Czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wskutek zmiany przepisów, ceny jednostkowe brutto podlegają odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, bez konieczności zawierania aneksu do umowy?

**Odpowiedź:**

**Zmiana ceny będzie dotyczyła wyłącznie wartości podatku VAT z dniem wejścia w życie przepisów i realizacji umowy (czyli dzierżawy i dostaw w tym okresie). Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, jednak Zamawiający dla celów porządkowych przewiduje możliwość zawarcia aneksu.**

#### Pytanie 7

§ 5 ust. 3 projektu umowy

Czy w przypadku podwyższenia cen jednostkowych w trybie określonym w § 10 ust. 4 i ust. 8 umowy podwyższeniu ulegnie również wartość umowy?

**Odpowiedź:**

**W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega także wartość brutto umowy, od momentu zmiany. W przypadku zmiany cen jednostkowych netto, w oparciu o § 10 ust. 8, zmianie ulegnie wartość umowy (netto i brutto).**



sekretariat: +48 74 664 63 19  
fax: +48 74 842 59 16  
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/956/2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

### Pytanie 8

#### § 6 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by również okres rękojmi za wady fizyczne zestawów (analogicznie jak okres gwarancji) był równy okresowi ważności zestawów (min. 12 miesięcy), nie dłuższy jednak niż 24 miesiące?

Po upływie okresu ważności nie można korzystać z zestawów. W konsekwencji, wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne zestawów, które ujawnią się po upływie okresu ważności (analogicznie jak w przypadku gwarancji).

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 9

#### § 6 ust. 17 projektu umowy (Zamawiający: ust. 13)

Czy w opisanej tam sytuacji Zamawiający dopuści wymianę wadliwego podzespołu lub modułu urządzenia zamiast całego urządzenia?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje zmiany zapisów umowy w tym zakresie, tj. § 6 ust. 13, otrzymuje brzmienie:**

**„13. W przypadku wystąpienia dwukrotnej poważnej usterki urządzenia w okresie 1 kwartału, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni urządzenie na inne, o nie gorszych wymaganych parametrach, a jeśli jest to uzasadnione może zamiast wymiany urządzenia dopuścić wymianę wadliwego modułu lub podzespołu”.**

### Pytanie 10

#### § 7 ust. 3 projektu umowy

Czy wskazane postanowienie należy rozumieć w ten sposób, że w wydłużonym okresie obowiązywania umowy wykonawcy przysługuje dodatkowy czynsz za dzierżawę urządzenia w tym okresie, ale w wysokości wynikającej z umowy?

#### **Odpowiedź:**

**Tak, w przypadku wydłużenia okresu dzierżawy w oparciu o § 7 ust. 2 projektu umowy, Wykonawcy przysługuje za ten okres, wg stawki za 1-mc zgodnej z umową.**

**W związku z zaistniałą wątpliwością interpretacyjną Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:**

**„3. W sytuacji określonej w ust. 2 koszt dzierżawy urządzenia będzie naliczany wg ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy. Regulacje zawarte w § 10 ust. 8 umowy nie mają w tym przypadku zastosowania, chyba że umowa zostanie zwaloryzowana wcześniej, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 8.”**



sekretariat: +48 74 664 63 19  
fax: +48 74 842 59 16  
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/956/2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

## Pytanie 11

### § 8 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia o następującej treści:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 20% łącznej wartości umowy netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.”

### **Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający dodaje w § 8 projektu umowy ust. 7 w brzmieniu:**

**8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 20% łącznej wartości umowy netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.**

## Pytanie 12

### § 10 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy poprzez:

- zmianę specyfikacji wyrobu, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego wyrobu lub zmiany jego funkcjonalności czy przeznaczenia, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego wyrobu, wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty,
- zmianę producenta wyrobów (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty,
- zmianę wyrobów na inne niż zaoferowane w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów, jeżeli wyroby zamiennic będą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostanie utrzymana cena z oferty,
- dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakłóceń łańcucha dostaw, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności,
- skróceniu terminu ważności wyrobów, w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o wymaganym terminie ważności?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę. § 10 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

**3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:**



sekretariat: +48 74 664 63 19  
fax: +48 74 842 59 16  
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15  
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/956/2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31  
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu  
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001  
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

- a) *dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia;*
- b) *zmianę specyfikacji wyrobu, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego wyrobu lub zmiany jego funkcjonalności czy przeznaczenia, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego wyrobu, wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty;*
- c) *zmianę producenta wyrobów (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty;*
- d) *zmianę wyrobów na inne niż zaoferowane w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów, jeżeli wyroby zamienne będą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostanie utrzymana cena z oferty;*
- e) *dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakłóceń łańcucha dostaw, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności;*
- f) *skróceniu terminu ważności wyrobów, w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o wymaganym terminie ważności. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż brak jest aktualnie na rynku wyrobów o wymaganym terminie ważności."*

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 10 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„2. Zmiana spowodowana zwiększeniem ilości zestawów w zależności od faktycznego zapotrzebowania bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do niniejszej umowy, jednak nie więcej niż do 5% wartości umowy w tym zakresie oraz zmniejszeniem maksymalnie o 10% wartości umowy na zestawy.*

### Pytanie 13

punkt 6 Część II zestawu, w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny okres przechowywania wynosił do 2 lat od daty pobrania przy przechowywaniu osocza FFP poddanego naświetlaniu, w temperaturze  $\leq -300C$ ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalny termin przechowywania osocza wynosił do 2 lat od daty pobrania.**

Powyższe wyjaśnienia podlegają publikacji w miejscu publikacji zapytania ofertowego i stanowią jego uzupełnienie.

**DYREKTOR**  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  
*Elżbieta Kierzek*