



sekretariat: +48 74 664 63 19
fax: +48 74 842 59 16
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/...../2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

ZP/11/2026

Wałbrzych, 28.07.2026 r.

Zamawiający:

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ul. B. Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Nazwa postępowania: „Dostawa odczynników diagnostycznych do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (ABO, Rh i inne układy grupowe) metodą manualną; techniką probówkową i techniką szkiełkową przez okres 24 miesięcy”

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zamówienie o wartości poniżej 170 000,00 zł.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w poz. 6 jako rozwiązanie równoważne odczynnika monoklonalnego anty-D IgM /IgG opartego na klonie MS-26 & RUM-1, posiadającego oznakowanie CE-IVDR i przeznaczonego do tego samego zastosowania diagnostycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w poz. 9 jako rozwiązanie równoważne odczynnika monoklonalnego anty-E opartego na klonie MS-258, posiadającego oznakowanie CE-IVDR i przeznaczonego do tego samego zastosowania diagnostycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.



sekretariat: +48 74 664 63 19
fax: +48 74 842 59 16
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/...../2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

Pytanie 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w poz. 10 jako rozwiązanie równoważne odczynnika monoklonalnego anti-e opartego na klonie MS-16/MS-63, posiadającego oznakowanie CE-IVDR i przeznaczonego do tego samego zastosowania diagnostycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 13,14 odczynnik do metody probówkowej i mikrometody?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oznaczanie antygenów za pomocą odczynników wymienionych w poz. 13 i 14 było możliwe techniką probówkową. Dodatkowa technika badań podana przez producenta odczynników np. technika mikrokolumnowa nie dyskwalifikuje odczynników.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 18,19,20,21,22,23 odczynnik tylko do metody probówkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oznaczanie antygenów za pomocą odczynników wymienionych w poz. 18, 19, 20, 21, 22 i 23 było możliwe techniką probówkową. Brak możliwości oznaczania antygenów inną techniką, nie dyskwalifikuje odczynników. Zamawiający nie wskazał takiego wymagania.

Pytanie 6

Wymagania dotyczące odczynników pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przed zawarciem umowy kart charakterystyki wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim, jeżeli producent sporządza je wyłącznie w tym języku?

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, obowiązek stosowania języka polskiego dotyczy w szczególności etykiet, instrukcji użytkowania, interfejsu użytkownika oraz dokumentów wymaganych przepisami rozporządzeń (UE) 2017/745 (MDR) i 2017/746 (IVDR), które są przeznaczone dla profesjonalnego użytkownika.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania kart charakterystyki w języku angielskim, co nie ograniczy możliwości dokonania oceny oferowanego wyrobu, a jednocześnie pozwoli na zachowanie zgodności z dokumentacją producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki wyrobów medycznych w języku angielskim.



sekretariat: +48 74 664 63 19
fax: +48 74 842 59 16
ekspedycja krwi: +48 74 664 63 10; 11; 15
Nasz znak: RCKiK/DAG/ZP/...../2026

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu
25 1130 1033 0018 8182 9320 0001
NIP: 886-23-87-024 REGON: 000291316 KRS: 0000100962

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie o ile Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości zamówienia.

W Zapytaniu ofertowym Pkt. II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ust. 3 wskazują Państwo:

„Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia o 10% wartości zamówienia”

Natomiast w Załączniku nr 5 Projekt Umowy § 1 ust. 3 :

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia maksymalnie o 20% pierwotnej wartości umowy ...”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w treści zapytania ofertowego - rozdział II. ust. 3 - zapis odnośnie zmniejszenia wartości zamówienia o 10% stanowi omyłkę. Właściwym zapisem jest zapis z treści wzoru umowy (§1 ust. 3), stąd Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w rozdziale II. ust. 3 zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia maksymalnie o 20% oraz zwiększenia o 10% wartości zamówienia.”

Mając na uwadze pytania nr 4 i 5, w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaznacza, że oznaczenia wykonywane przy użyciu odczynników wskazanych w poz. 1,2,3,4 zał. nr 1 do zapytania ofertowego muszą pozwolić na ich realizację techniką szkiełkową oraz probówkową, natomiast w odniesieniu do pozostałych odczynników Zamawiający wymaga, aby oznaczenia były możliwe do wykonania techniką probówkową (możliwość wykonania oznaczeń dodatkowo inną techniką nie dyskwalifikuje odczynników).

Powyższe wyjaśnienia podlegają publikacji w miejscu publikacji zapytania ofertowego i stanowią jego uzupełnienie oraz są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek

